



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2023/M-81)

Genel Müdürlüğümüz Genel Müdürlüğümüz Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda “**Xenon Lamba Alımı (2 Adet)**” Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **22.05.2023** tarihi saat **16:00** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 51 11 (Satınalma İle ilgili konular için)

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. A.Adnan Saygun 2 Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Bir. Fiyat	Top. Tutar	Tes.Süresi
1	USH-102D Xenon Lamba Parça No:NO-30100	2 Adet			
TOPLAM					

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den
(Yalnız) bedel
İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK RAPOR

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HSGM GENEL MÜDÜR YAPIDIRLILIK BİRE
10/05/2023 12:56:12 E:60952070-807 04-213266974



215266974

HSGM MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYOLOJİ

BİRİM/BÖLÜM İMİDB/Yapı ve Teknik İşler Birimi/Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Cihaz Onarım	Cinsi	Floresan Mikroskop
Birim	MRLBÜDB	Marka-Model	Lecia/DM1000
Laboratuvar	YRPRL	Seri No	293730-072007
Talep Tarih/Sayı	13.04.2023/213589806	Rapor Tarihi	27.04.2023

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Laboratuvarınca kullanılan, Lecia marka Floresan Mikroskopun ışık kaynağının arızalandığı bildirilmiştir. Yerinde yapılan inceleme de, mikroskopa ait xenon lambanın kullanım ömrünü tamamladığından çalışmadığı tespit edilmiştir.

Aynı Laboratuvarda kullanılan Hund Wetzlar marka, H600/12 model, 1023719 seri numaralı Floresan Mikroskopun da xenon lambasının lamba kullanım ömrünün kısa bir zaman sonra bitireceği görüldüğünden. Mevcutlarımızda olmayan xenon lambanın dış piyasadan yedekli olarak alınması gerekmektedir.

Teknik Şartlar

1. *Satın alınacak Xenon lambalar raf ömürlü olması nedeniyle, lamba kutusu üzerindeki garanti etiketi açılmamış/bozulmamış olacak ve lambaların 2023 yılında imal edildiği seri numarası ile imalatçı firma tarafından belgeli olacaktır.*
2. Yedek parçaların montajını, ilgili firma teknik personeli birim cihaz sorumlusu ve kullanıcı gözetiminde yapacaktır.
3. Yenisi ile değiştirilen arızalı parçalar, *Biyomedikal Cihazlar Bakım Onarım Laboratuvarına teslim edilecektir.*
4. Cihaz, tüm fonksiyonları çalışır durumda ve eksiksiz teslim edilecektir.
5. Cihazda yapılan onarım ile değiştirilen her türlü yedek parça, imalat ve montaj hatalarına karşı en az 1 (Bir) yıl garantili olacaktır.

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	USH-102D Xenon Lamba	N0-30100	2 Adet	Dış Piyasa

Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Hulusi KÖŞKER
Elk. Tıb. Cih. Teknikeri
Lab. Sorumlusu

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi
Birim Sorumlusu