



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - HSGM ÇEVRE
SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
11/03/2022 14:51 - E-19020089 - 120.99 - 1053



Sayı : E-19020089-120.99
Konu : UV-C Işınları İle Dezenfeksiyon
207-233 nm (FAR UVC)



GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

İlgi : 24/03/2021 tarihli ve 19020089-105.99-99-1371 sayılı Makam Oluru.

Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler Tebliği doğrultusunda Ultraviyole-C (UVC) ışınları kullanılarak yapılacak ortam, hava, yüzey dezenfeksiyonu hakkındaki ilgi makam oluru ile alınan kararlara ilave olarak 207-233nm dalga boyunda ışıma yapan FAR UVC lamba içeren ürünlere ilişkin aşağıda yer alan kararların alınması zarureti oluşmuştur.

FAR UVC 207-233nm dalga boyunda ışıma yapan lambalar ve cihazlar ile ilgili klinik veya uzun süreli çalışma bulunmadığı, yapılan bilimsel çalışmaların az olduğu, insanların bulunduğu ortamda sürekli kullanıldığında insan sağlığı üzerine olabilecek direkt etkisinin ve ikincil etkilerin net olarak bilinmediği, bu nedenle insan maruziyeti beklendiği yerlerde yaygın uygulamayı desteklemek için halen yeterli kanıt bulunmadığı, ancak Far UVC ye sürekli maruz kalan ortamlarda bulunan veya çalışan kişilerin uygun koruyucu giysi ve ekipman kullanması kaydıyla bu ürünlerin Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler Tebliği kapsamında değerlendirilmesi için;

1) Kişisel koruyucu kullanılmadan doğrudan insan bulunan ortamda kullanılması ön görülerek müracaat eden Far UVC içeren ürünlerin yukarıda yazılan gerekçelerle insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olma ihtimaline ilişkin tereddütleri giderecek verilere halen ulaşılamadığından şu aşamada izinlendirilmesinin uygun olmayacağı,

2) Far UVC içeren ürünlerin UVC içeren cihazlara ilişkin daha önceden alınan karar ve Makam Olurlarına ilave olarak doğrudan insan bulunan ortamlarda kullanılmasının insan vücudunu koruyacak kişisel koruyucu donanımlarla mümkün olabileceği, ancak kullanacak kişisel koruyucu donanımların geçirgenliğine ilişkin testlerin izinlendirilirken sunulması gerektiği ve bu koruyucu donanımlar ile ürünün bir ambalaj içerisinde ayrılmaz bir bütünlük gibi piyasaya arz edilmesi ve bunun başvuruda taahhüt edilmesi kaydıyla izinlendirilebileceği, bununla birlikte ürünlerin günde maksimum sekiz saat kullanılabileceği ve ortamda bulunacak kişilere ve çalışacak personele ürünlerin riskleri ve kişisel koruyucu donanım kullanmaları gerekliliği yönünde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin mutlaka verilmesinin sağlanması, kişisel koruyucu donanımların değiştirilmesine ihtiyaç olması halinde izin alınırken test edilen kişisel koruyucu donanımların aynısı ile değiştirilmesi gerektiğinin ürün etiket ve ambalajlarında belirtilerek kullanıcıların bu hususta uyarılmasının sağlanması kaydıyla,

1/2

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Sağığın Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 06100 Çankaya / ANKARA
Belge No: E-19020089-120.99-99-1371
E-Posta Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>
Bilgi için: Münir Devriş TAMKOÇ

Telefon: 312 565 5337 Faks No: 0 312 565 5228
e-Posta: dervis.tamkoc@thsk.gov.tr İnternet Adresi: <https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa>

TIBBİ TEKNOLOG

Telefon No:



Biyosidal Ürünler ve Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler Bilim Danışma Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda biyosidal ürünler veya aktif madde içermeyen biyosidal ürünler kapsamında izinlendirme, ruhsatlandırma, bildirim kaydı, kontrolleri ve denetimine ilişkin iş ve işlemlerin yukarıda belirtilen esaslara göre yürütülmesi hususunu;
Tensiplerinize arz ederim.

Tuncay ÖZER
Daire Başkanı

Uygun görüşle arz ederim.
Uzm.Dr.Bekir KESKİNKILIÇ
Genel Müdür Yardımcısı

O L U R
Doç. Dr. Fatih KARA
Genel Müdür