



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

L2 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI KONTROL FORMU

Güncelleme Tarihi:

Sayfa No:1 / 4

BİRİM

.....HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

L2 Halk Sağlığı Laboratuvarları Kontrol Formu

1- Laboratuvar, görev kapsamına giren analizleri yapacak yeterli teknik personele sahip mi?

2- Çalışan personelin görev tanımları bulunuyor mu?

3- Klinik ve klinik dışı laboratuvar (Mikrobiyoloji ve Kimya) birimlerinin teknik alanları ile, hizmet bölümlerinin (numune kabul, teknik destek alanları, ofis alanları vb.) giriş, çıkış ve çalışma alanları ayrılmış mı?

4- Bütün kimyasal maddeler, kitler ve besiyerleri risk gruplarına ve saklama koşullarına göre (MSDS listesine göre) düzenlenmiş, havalandırması olan uygun koşullarda muhafaza ediliyor mu?

5- Arşivdeki dosya ve dokümanlar uygun şekilde tasnif edilmiş mi? Standart dosya planı uygulanıyor mu? Arşivden sorumlu yetkili personel var mı?

6- Mikrobiyoloji laboratuvarlarında giriş ve çıkışta kişisel koruyucu ekipman giyinme odası/bölümü/askı vb. var mı?

7- Laboratuvarda yangın söndürme düzeneği var mı?

8- İlgili yerlere güvenlikle ilgili gerekli uyarılar (acil çıkış ve benzeri.) ve talimatlar (el yıkama, acil dökülme kiti vb.) asılmış mı ?

9- Laboratuvarda ilk yardım için gerekli ilaç ve malzemelerin bulunduğu ilk yardım dolabı ve talimatı bulunuyor mu?

10- Teknik alanlarda analiz risklerine uygun acil dökülme saçılma kiti bulunuyor mu?



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

L2 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI KONTROL FORMU

Güncelleme Tarihi:

Sayfa No:2 / 4

BİRİM

.....HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

11- Laboratuvarlarda vucut duşu ve göz duşu üniteleri var mı? Düzenli kontrolleri yapılıp kayıtlar tutuluyor mu?

12- Laboratuvarın genelinde kişisel koruyucu ekipman kullanılıyor mu?

13- Laboratuvar dışında acil toplanma alanı belirlenmiş mi ?

14- Laboratuvarda farklı çalışma alanlarına göre temizlik yapılıyor mu? Kalite kontrol formları ile izleniyor mu?

15- Laboratuvarda kullanılan etüv, inkübatör, buzdolabı vb. cihazların ısı takibi yapılıp izleniyor mu?

16- İnkübatör, etüv, terazi vb. cihazların kalibrasyonları belirlenen sürede yapılıyor mu? Kayıtları tutuluyor mu?

17- Laboratuvar atıkları Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne göre sınıflandırılıp toplanıyor mu?

18- Laboratuvarda kalite işlerini yürüten ilgili personel görevlendirildi mi?

19- Laboratuvarın organizasyon şeması ve iş akış şeması var mı?

20- Laboratuvarda formlar, prosedürler, analizlere ilişkin çalışma talimatları ve cihaz kullanım talimatları var mı? Etkin bir şekilde kullanılıp kayıtları tutuluyor mu?



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

L2 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI KONTROL FORMU

Güncelleme Tarihi:

Sayfa No:3 / 4

BİRİM

.....HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

21- Personelin eğitim dökümanı ve güncel kayıtları var mı?

22- Tüm personel Laboratuvar Güvenliği eğitimi almış mı?

23- Mikrobiyolojik analizler de iç kalite kontrolü yapılıyor mu? Kayıt altına alınıyor mu?

24- Kimyasal analizler de (İletkenlik, pH, vb.) iç kalite kontrolü yapılıyor mu? Kayıt altına alınıyor mu?

25- Otoklavlarda(sterilizasyonda) kimyasal ve biyolojik indikatör kullanılıyor mu? Kayıt altına alınıyor mu?

26- Yapılan kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerde kullanılan metotların güncel hali mevcut mu?

27- Numune kayıt defteri ve analiz çalışma defteri kullanılıyor mu?

28- Numunelerin, kabul- ret edilmesi, analiz süresi, imha edilmesi, laboratuvarlara güvenli ulaştırılması vb. faaliyetler Numune Kabul Prosedüründe tanımlanmış mı? Uygulanıyor mu?

29- Laboratuvar çalışmalarında gizlilik esasına uyuluyor mu?

30- Laboratuvarın temizliği için gerekli talimat ve kayıtlar mevcut mu?



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

L2 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI KONTROL FORMU

Güncelleme Tarihi:

Sayfa No:4 / 4

BİRİM

.....HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

Denetleme kapsamında uygunsuzluk tespit edildi mi?

Evet:

Hayır:

Uygunsuzluk Sayısı:

Öneri ve Değerlendirmeler

Ad

Unvan

İmza

Denetçi :

Denetçi :

Baş Denetçi :

Ekler:

1-

2-

3-

4-

5-