



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



**Teklifin Konusu:** Hizmet Alımı (2024 /H-18)

Genel Müdürlüğümüz Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “**Lüminometre Cihazı Bakım/Performans Testleri Yapılması (Thermo Scientific Fluoroskan Ascent SN:374-90609C)**” hizmet alımı işi Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **17.01.2024** tarihi saat **16:00’e** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

**İlgili Birim Tel:** 0312 565 50 30 (Teknik Şartname ile ilgili konular için)

**Tel:** (0312) 565 51 13 -565 51 10 (Satınalma ile ilgili konular için)

**Fax:** (0312) 565 50 91

**E-mail:** hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

**Adres:** Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No: 55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
4. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
5. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Lüminometre Cihazı Bakım/Performans Testleri Yapılması (Thermo Scientific Fluoroskan Ascent SN:374-90609C) İçin	1 Adet		
<b>TOPLAM</b>				

Yukarıda belirtilen ..... Kalem malzemeyi KDV hariç ..... TL' den (Yalnız .....) bedel ile

**İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.**

FİRMA- KAŞE- İMZA



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
HALK SAĞLIĞI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü  
T A L E P F O R M U

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
HSGM GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 1  
01/12/2023, 15:30:10 - E-80962070-807 04-230645588



HSGM MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYOLOJİK

BİRİM

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Talep Eden Birim : : Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı  
Sayı : 20986060-9

Tarih :

Aşağıdaki talebin satın alınması için gereğini arz ederim.

Mevcudu  
Vardır

Mevcudu  
Vardır

Mevcudu  
Yoktur

Mevcudu  
Yoktur

Genel Bütçe  
Taşınır Kayıt  
Kont. Yet.

Döner  
Sermaye  
Taşınır Kayıt  
Kont. Yet.

Doç.Dr. Yasemin COŞGUN  
UVRL Sorumlusu

10.11/2023

Ekrem SAĞTAŞ  
Mikrobiyoloji Referans  
Laboratuvarları  
ve Biyolojik Ürünler  
Daire Başkanı

.../.../2023

**GEREKÇE\*\***

TS EN ISO 15189 Standardı Akreditasyonu kapsamında; Tıbbi Laboratuvarlara özgü kalite ve yeterlilik özel şartlarının gereği olarak Madde 5.3.1'e göre, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı Laboratuvarlarında kullanılan, performans testlerine tabi bazı spesifik cihazların periyodik aralıklarla Bakım/Performans Test İşlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında kullanımda olan ve Bakım/Performans Test İşlemleri yenilenmesi gereken 1 Adet Thermo Scientific Fluoroskan Ascent Lüminometre Cihazı (SN:374-90609C) için, yetkili firmasından, Bakım/Performans Testi hizmeti satın alınması gerekmektedir.

SIRA NO	TAŞINIR KAYIT KODU*	STOK DURUMU	T A L E P	MİKTARI	BİRİMİ
1			Lüminometre Cihazı Bakım/Performans Testleri Hizmet Alımı (Thermo Scientific Fluoroskan Ascent İçin) (SN:374-90609C)	1 Adet	
2					
3					

\*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.

\*\*Gerekçe bölümünü doldurmak zorunludur.

\*\*\* Hizmet alımları ve yapım işlerinde Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi onayı aranmamaktadır.

O L U R

01/12/2023  
Dr. Köksal HAMZAOĞLU  
Genel Müdür Yardımcısı



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



TS EN ISO 15189  
ATB0024-11

Kasım 2023

## TEKNİK ŞARTNAME

### 1. KONU:

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı'na bağlı Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında kullanımda olan, 1 Adet Lüminometre Cihazı (Thermo Scientific Fluoroskan Ascent SN:374-90609C ) Bakım /Performans Testlerinin yapılması için 2024 yılında hizmet satın alınacaktır.

### 2. GENEL ŞARTLAR

- 2.1.Cihazlara Bakım (Onarım)/Performans Testlerini yapmayı üstlenen firma, işlerini, nitelikli ve Teknik Eğitim Sertifikasına sahip elemanlarına yaptırmalıdır.
- 2.2.Bakım (Onarım)/Performans Testleri sırasında arızalı bulunan cihazın, arıza nedeni tespit edilecek ve yedek parça değişimi dışında tespit edilmiş arıza varsa giderilecektir. Yedek parça bedeli dışında ayrıca servis bedeli talep edilmeyecektir.
- 2.3.Bakım (Onarım)/Performans Testleri sırasında arızalı bulunan cihazın, arızasının giderilebilmesi için değişimi gereken yedek parçalar ile cihazın hangi durum sebebiyle onarımdan geçmesi gerektiği, HSGM/MRLBÜDB Cihaz Sorumlusu'na teknik servis raporu düzenlenerek bildirilecek, Başkanlığımızın konuyla ilgili değerlendirmeleri sonrası yedek parça değişimi yapılacaktır.
- 2.4.Cihaza (gerekli olması durumunda yedek parça montajı), Bakım (Onarım)/Performans Test işlemleri kullanıcı ve teknik sorumlu olmadan yapılmayacaktır.
- 2.5.Cihazda (gerekli olması durumunda) değişimi gerçekleşmiş yedek parça, MRLBÜDB Cihaz Sorumlusuna teslim edilecektir.
- 2.6.Cihaza gerekli olması durumunda değişimi gerçekleşmiş yedek parça, imalat ve montaj hatalarına karşı 1 (Bir ) yıl garantili olacaktır.
- 2.7.Bakım (Onarım)/Performans Testleri sırasında gerekli olabilecek kimyasal madde, solüsyon vb, firma tarafından karşılanacaktır.
- 2.8.Cihaz, (Bakım (Onarım)/Performans Testleri sonrası tüm fonksiyonları çalışır durumda teslim edilecektir.
- 2.9.Firma personeli, bakım sırasında laboratuvar hijyen kuralları ve biyogüvenlik prensipleri konusunda gerekli tedbirleri alarak çalışmalıdır
- 2.10. Bakım sonrası yapılacak performans testlerinde yeniden uygunsuzluklar tespit edilirse, firma uygunsuzlukları 15 (on beş ) gün içinde giderecek ve ayrıca ücret talep etmeyecektir.
- 2.11.Bakım sonrası yapılacak olan performans testlerinin sonuçları, yapılan tüm işlemler düzgün ve anlaşılır şekilde dökümanite edilecek ve MRLBÜDB Cihaz Sorumlusuna teslim edilecektir.

BZ



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
HSGM GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 1  
01/12/2023, 15:30:10 - E-80962070-807 04-230645588



HSGM MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYOLOJİ

TS EN ISO 15189  
A1E-0024-11

Kasım 2023

2.12. Bakım için cihazın Genel Müdürlük dışına götürülmesi gerektiğinde; cihaz, tutanak ile firmaya teslim edilecek, belirtilen süre içinde, (hiçbir nakliye bedeli talep edilmeden) cihaz faal hale getirilip, performans testleri yapılmış ve performans testleri dökümanite edilmiş şekilde teslim edilecektir. Cihazın Bakım/Performans testleri sonrası, teslim ve yeniden kurulumu, Kullanıcı /Cihaz Sorumlusu ile birlikte yapılacak ve Kullanıcı /Cihaz Sorumlusuna cihazın hangi durumda teslim edildiği bildirilecektir.

### 3. EĞİTİM

3.1 Bakım /Performans Testi (validasyon işlemleri) sonrası Kullanıcı / Birim Sorumlusuna cihazın son durumu ve performans test sonucu hakkında bilgi verilecektir.

### 4. MUAYENE VE KABUL

4.1 Bakım sonrası cihaz, firma tarafından kurulup çalışır ve performans testleri yapılmış halde teslim edilmelidir.

4.2 Firma yetkilileri, muayene sırasında hazır bulunmadıkları takdirde muayenenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

4.3 Muayene sonucuna itiraz edilmesi halinde 3 (üç) gün içerisinde İkinci muayene Başkanlıkça (birinci muayenede bulunmayanlardan) oluşturulacak İtiraz Komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu muayenede sadece birinci muayenede uygun bulunmayan özellikler değerlendirilecektir. İtiraz Komisyonunun kararı kesindir.

4.4 Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.

İş bu şartname dört(4) ana başlık altında iki (2) sayfadan ibarettir.

Bil.Uzm.Gıda Müh. Betül TÜRKMEN  
MRLBÜDB Cihaz Sorumlusu

*Betül Türkmen*

Doç.Dr. Yasemin COŞGUN  
UVRL Sorumlusu

*Yasemin Coşgun*