



288969685

HSGM MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYOLOJİ

TEKNİK RAPOR FORMU

BİRİM

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Bulaşık Makinesi Arızası	Cinsi	Bulaşık Makinesi
Birim	Sıhhiye Ek Hizmet Binası	Marka-Model	Miele F 7882CD
Laboratuvar	M.R.L.B.Ü.D.B.	Seri No	74321877
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	12.08.2025

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Bakanlığımız sıhhiye ek hizmet binaları E Blok 2. Katta bulunan Ulusal Enterik Patojenler Referans Laboratuvarı Sterilizasyon Ünitesinde bulunan Miele marka F 7882CD model bulaşık makinesinde teknik personelimizin yaptığı incelemede, makinenin DK tahliye motoru, DK Ventili, Kapak Alt Contası ve Hepa Filtre Takımının arızalı olduğu tespit edilmiş olup yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Malzemelerin teminine müteakip değişim iş ve işlemleri malzemeyi temin eden firma tarafından yapılacaktır.


İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. 12.08.2025

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	DK Tahliye Motoru		1 adet	Mal Alımı (Montaj Dahil)
2	DK Ventili		1 Adet	Mal Alımı (Montaj Dahil)
3	Kapak Alt Contası		1 Adet	Mal Alımı (Montaj Dahil)
4	Hepa Filtre Takımı		1 Takım	Mal Alımı (Montaj Dahil)

Yapı ve Teknik İşler Teknik Personeli Adı – Soyadı – Tarih - İmza


Erdiç KULA
Makine Mühendisi


Oguz İlhan SERATLI
Yüksek Makine Mühendisi

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih- İmza


Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi