



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2025 / M-91)

Genel Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda aşağıdaki tabloda listelenen malzemelerin alımı doğrudan temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **01.10.2025** tarihi saat **16:00'e** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

İlgili Birim Tel: 0312 565 (Teknik Şartname ile ilgili konular için)

Tel: 0312 565 51 36 (Satınalma ile ilgili konular için)

E-mail: hsgm.dogrudentemim@saglik.gov.tr

Adres: Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Şehit Mehmet Bayraktar Cad. No.3 Kat:1 Çankaya / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.
7. Teklif ekinde şartnamede istenilen belgelerin sunulması zorunludur. Aksi halde teklif değerlendirilmeyecektir.

S.	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyatı	Top. Tutarı	Tes.Sür.
1	MSCIIA-150 H14 sınıfa Ana hepa filtre	1 Adet			
2	MSCIIA-150 H14 sınıfa Egzoz hepa filtre	1 Adet			
TOPLAM					

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den
(Yalnız) bedel ile
İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE-İMZA



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK RAPOR

Sayfa No: 1 / 1

BİRİM/BÖLÜM YHGM/DHDB/Yapı ve Teknik İşler /Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Cihaz Onarım	Cinsi	Biyogüvenlik Kabini
Birim	HSRLDB	Marka-Model	MetiSafe/MSA IIA-150
Laboratuvar	Mikrobiyolojik Analiz	Seri No	0050808-150
Talep Tarih/Sayı	11.07.2025/281848164	Rapor Tarihi	06.08.2025

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı, Mikrobiyolojik Etkinlik Test Laboratuvarınca kullanılan, MetiSafe marka Biyogüvenlik Kabininde yapılan performans testleri sonucunda Ana hepa filtrede kaçak olduğu ve ön cam sisteminin çalışmadığı bildirilerek onarımı istenmiştir.

Cihazda yetkili teknik servis elemanının yaptığı arıza tespitinde; Ana Hepa Filtre ile birlikte Eksoz Filtresinin de değişmesi ve cam açma kapama halat sisteminin de ayarlanması gerektiği bildirilmiştir.

Filtreler mevcutlarımızda olmadığından dış piyasadan satın alınarak ilgili firmaca cihaza montajının yapılması gerekmektedir.

Teknik Şartlar

1. Cihazda yapılacak olan parça montajı, bakım ve onarım cihaz kullanıcısı ve ilgili birim cihaz sorumlusu olmadan yapılmayacaktır.
2. Cihazdan çıkan eski filtreler, Atık Yönetimi Yönetmeliğine uygun olarak her türlü güvenlik önlemi alınmış şekilde paketlenerek, Genel Müdürlüğümüz Tehlike Atık Bölümüne tutanak karşılığı teslim edilecektir.
3. İlgili firma, filtre değişimi ve hava akış ayarlarını tamamladıktan sonra Biyogüvenlik Kabini performans nitelendirmesi testleri Genel Müdürlüğümüz sterilite kontrol laboratuvarınca tekrar yapılacaktır.
4. Testler sonucunda kabinde herhangi bir uygunsuzluk çıktığında, firma bu uygunsuzlukları gidermeyi kabul etmiş olup; Muayene, kabul işlemleri performans testleri sonuçları uygun çıktığında yapılacaktır.
5. Firma (PQ) Performans Testlerinde tespit edilen uygunsuzlukları 10 iş günü içerisinde giderecektir.
6. Değiştirilen her türlü yedek parça, imalat ve montaj hatalarına karşı en az 1 (Bir) yıl garantili olacaktır.

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	MSCIIA-150 H14 sınıfı Ana Hepa Filtre		1 Adet	Dış Piyasa Alım
2	MSCIIA-150 H14 sınıfı Eksoz Hepa Filtre		1 Adet	Dış Piyasa Alım

Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu

Hulusi KÖŞKER
Elk. Tıp Cih. Teknikeri
Lab. Sorumlusu

Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi
Birim Sorumlusu

100