



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2023/M-101)

Genel Müdürlüğümüz Genel Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı Toksikoloji Laboratuvarları'nın talebi doğrultusunda “**Shimadzu /8060 LC-MS/MS Cihaz Parçası Alımı**” Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **14/06/2023** tarihi saat **16:00** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 51 11 (Satınalma İle ilgili konular için)

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. A.Adnan Saygun 2 Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Bir. Fiyat	Top. Tutar	Tes.Süresi
1	Shimadzu /8060 LC-MS/MS	1 Adet			
TOPLAM					

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den
(Yalnız) bedel

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE



BİRİM/BÖLÜM IMİDB/Yapı ve Teknik İşler Birimi/Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Cihaz Onarım	Cinsi	LC/MS/MS
Birim	HSRLDB	Marka-Model	Shimadzu/8060
Laboratuvar	KSATDL	Seri No	011105600425
Talep Tarih/Sayı	15.05.2023/215582855	Rapor Tarihi	16.05.2023

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Kimyasal Savaş Ajanları Tanı ve Doğrulama Laboratuvarınca kullanılan, Shimadzu marka LC/MS/MS cihazının MS sıcaklıkları sabit kalmadığından, enjeksiyon yapılamadığı bildirilen cihaz da, yıllık bakım anlaşmalı yetkili teknik servis elemanı ile birlikte yapılan arıza tespitinde, Cihaza bağlı azot jeneratörü "Membrane Dryer" parçasının arızalı olduğu tespit edilmiştir.

Parçanın onarımı mümkün olmadığından dış piyasadan satın alınarak ilgili firmaca cihaza montajının yapılması gerekmektedir.

Teknik Şartlar

1. Firma teknik personeli satın alınan parçaların montajını, birim Lab/Cihaz sorumlusu ve kullanıcı gözetiminde yapacaktır.
2. Yenisi ile değiştirilen arızalı parçalar, Biyomedikal Cihazlar Bakım Onarım Laboratuvarına teslim edilecektir.
3. Cihazın tüm üniteleri ve fonksiyonları çalışır durumda teslim edilecektir.
4. Firma, yaptığı tüm iş ve işlemleri Servis Raporu ile belgeleyecek ve cihaz self test (Cihaz Fonksiyon Muayene) çıkartarını Laboratuvar Sorumlularına teslim edecektir.
5. Cihazda yapılan onarım ile değiştirilen her türlü yedek parça, imalat ve montaj hatalarına karşı en az 1 (Bir) yıl garantili olacaktır.

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	Membrane dryer Alüminum case dia 45x140mm	06-445	1 Adet	Dış Piyasa

Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Hulusi KÖSEKER
Elk. Tıp. Cihaz. Teknikeri
Lab. Sorumlusu

Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi
Birim Sorumlusu