



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2024/H-75)

Genel Müdürlüğümüz Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda "**Holtan Markalı Biyogüvenlik Kabini Hepa Filtre Alımı Demontajı ve Montajı**" hizmet alımı işi Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **06.05.2024** tarihi saat **16:00** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 51 13 (Satınalma ile ilgili konular için)

Fax: 0312 565 50 91

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. A.Adnan Saygun 2 Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda İdare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Holtan Markalı Biyogüvenlik Kabini Hepa Filtre Alımı Demontajı ve Montajı Hizmet Alımı İş.	1 Adet		
TOPLAM				

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den

(Yalnız) bedel ile

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE- İMZA



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
T A L E P F O R M U

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HSGM GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 1
11/03/2024, 10.08.28 - E-80962070-807 04-238735245



238735245

HSGM MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYOLOJİ

BİRİM

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Talep Eden Birim : : Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı
Sayı : 20986060-9 Tarih :

Aşağıdaki talebin satın alınması için gereğini arz ederim.

Mevcutdu
Vardır
Mevcutdu
Yoktur
Genel Bütçe
TaşınırKayıt
Kont.Yet.

Mevcutdu
Vardır
Mevcutdu
Yoktur
Döner
Sermaye
Taşınır Kayıt
Kont.Yet.

Uzm. Dr. Umut BERBEROĞLU
UPRL Sorumlusu

06.03/2024

Ekrem SAĞTAŞ
Mikrobiyoloji Referans
Laboratuvarları
ve Biyolojik Ürünler
Daire Başkanı

.../.../2024

GEREKÇE**

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığına bağlı Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarında kullanımda olan, Holten/S2010 marka (SN:308050224) Biyogüvenlik kabini, HSGM/HSRLDB-SKL tarafından 19.12.2023 tarihinde yapılan performans testlerinin, sonuçlarına göre filtre cihaz, sızdırmazlık testi ile hava akış görselleştirme testlerinden geçememiştir. HSGM/YTİB/BMBOL personelinin yaptığı incelemeye göre, cihazın Ana Hepa filtresinin dolu olduğu tespit edilmiş olduğundan cihazın filtresinin dış piyasadan alınarak ve cihaza demontaj ve montajının yapılması için hizmet satın alınması gerekmektedir.

SIRA NO	TAŞINIR KAYIT KODU*	STOK DURUMU	T A L E P	MİKTARI	BİRİMİ
1			H14 Sınıfı Ana Hepa Filtre (Holten /2010 BGK İçin)	1 Adet	
2					
3					

*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.

**Gerekçe bölümünü doldurmak zorunludur.

*** Hizmet alımları ve yapım işlerinde Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi onayı aranmamaktadır.

OLUR

07.03.2024

Dr. Köksal HAMZAOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK RAPOR

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HSGM GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 1
11/03/2024, 10:08:28 - E-80962070-807 04-238735245



238735245

HSGM MIKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYOLOJİ

BİRİM/BÖLÜM İMİDB/Yapı ve Teknik İşler Birimi/Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Cihaz Onarım	Cinsi	Biyogüvenlik Kabini
Birim	MRLBÜDB	Marka-Model	Holten/S2010
Laboratuvar	Ulusal Parazitoloji	Seri No	308050224
Talep Tarih/Sayı	22.01.2024/234778749	Rapor Tarihi	27.02.2024

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarında kullanılan Holten marka Biyogüvenlik kabininde yapılan performans nitelendirmesi testleri sonucunda, cihazın filtre sızdırmazlık ve hava akış yönü görselleştirme testlerinden geçmediği tespit edilmiştir.

Filtrenin onarımı mümkün olmadığından dış piyasadan Holten/S2010 marka/model BGK'ne uygun H14 Sınıfı Hepa filtrenin satın alınarak ilgili firmaca cihaza montajının yapılması ve hava akış ayarlarının yapılması gerekmektedir.

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	Holten/S2010 BGK için H14 sınıfı Ana Hepa Fitre		1 Adet	Dış Piyasa

Teknik Şartlar

- Cihazda yapılacak olan parça montajı, bakım ve onarım cihaz kullanıcısı ve ilgili birim cihaz sorumlusu olmadan yapılmayacaktır.
- Cihazdan çıkan eski filtreler, Atık Yönetimi Yönetmeliğine uygun olarak her türlü güvenlik önlemi alınmış şekilde paketlenerek, Genel Müdürlüğümüz Tehlike Atık Bölümüne tutanak karşılığı teslim edilecektir.
- İlgili firma, hava akış ayarlarını tamamladıktan sonra Biyogüvenlik Kabini performans nitelendirmesi testleri Genel Müdürlüğümüz sterilite kontrol laboratuvarınca tekrar yapılacaktır.
- Testler sonucunda kabinde herhangi bir uygunsuzluk çıktığında, firma bu uygunsuzlukları gidermeyi kabul etmiş olup; Muayene, kabul işlemleri performans testleri sonuçları uygun çıktığında yapılacaktır.
- Firma (PQ) Performans Testlerinde tespit edilen uygunsuzlukları 10 iş günü içerisinde giderecektir.
- Değiştirilen her türlü yedek parça, imalat ve montaj hatalarına karşı en az 1 (Bir) yıl garantili olacaktır.

Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Hulusi KÖŞKER
Elk. Tıb. Cih. Teknikeri
Lab. Sorumlusu

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi
Birim Sorumlusu