

İKLİMLENDİRME KABİNLERİ ARIZASI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

01.10.2025

1. Kapsam:

Bu teknik şartname, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Biyosidal Ürün Laboratuvarları birimlerinde kullanılmakta olan ve aşağıda tablo halinde sunulan iklimlendirme kabinlerinde meydana gelen arızalar sonrası alınması gereken onarım hizmet alımının açıklanan maddeler doğrultusunda yapılmasını kapsar.

No	Cihaz Adı	Cihaz Adedi	Açıklama/Demirbaş Numarası/Cihaz Marka/Model/ Seri No	Yeri
1	Nüve İklimlendirme Kabini	3	1.Kabin: Marka/Model: Nüve/TK120 Seri No: 01-0117 Demirbaş numarası: GB 253-03-06-10-06-03-12-4 Açıklama: İklimlendirme kabininin soğutma ünitesinde gaz kaçağı bulunduğu tespit edilmiştir. 2.Kabin: Marka/Model: Nüve/TK120 Seri No: 01-0083 Demirbaş numarası: DS 255.01.05-01-241000726-10-21 Açıklama: İklimlendirme kabininin iç sirkülasyon fanı çalışmadığı tespit edilmiştir. 3.Kabin: Marka/Model: Nüve/TK252 Seri No: 01-0504 Demirbaş numarası: GB 255-01-05-01-241000727-22-1 Açıklama: İklimlendirme kabininin soğutma ünitesinde gaz kaçağı tespit edilmiştir.	D-7 nolu laboratuvar

2. Genel Şartlar:

- 2.1. Firma teknik personeli satın alınan parçaların, montajını, birim laboratuvar/cihaz sorumlusu ve kullanıcısı gözetiminde yapacaktır.
- 2.2. Yenisi ile değiştirilen parçalar, Biyomedikal Cihazlar Bakım Onarım Laboratuvarına teslim edilecektir.
- 2.3. Cihazın tüm üniteleri ve fonksiyonları çalışır durumda teslim edilecektir.
- 2.4. Firma yaptığı tüm iş ve işlemleri "Servis Raporu" ile belgeleyecek ve cihaz self test (cihaz fonksiyon muayene) çıktılarını laboratuvar sorumlularına teslim edecektir.
- 2.5. Teklif verecek firma, **üretici firmanın Türkiye'deki yetkili temsilcisi** olduğuna dair belgeyi teklif ekinde sunmak zorundadır.
- 2.6. Yüklenici firma, cihazlara müdahale edecek teknik elemanlarının "yeterli teknik eğitimi aldıklarına dair sertifikalarını" teklif ekinde sunmak zorundadır.

İKLİMLENDİRME KABİNLERİ ARIZASI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

01.10.2025

3. İş Emniyeti ve Garanti:

3.1. İş Emniyeti: Firma hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın çalışma anında gerekli olan tüm emniyet tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usul ve çarelerini personeline öğretmek ve uygulamakla yükümlüdür. Bu itibarla bakım-onarım çalışmalarını yürütürken, gerek ihmal dikkatsizlik ve tedbirsizlikte, gerekse ehliyetsiz personel çalıştırmaktan veya herhangi sebeple vuku bulacak kazalardan firma sorumludur. Yüklenici, iş kanunu'nun iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine göre personelinin sağlığını korumak üzere her türlü sağlık ve emniyet tedbirlerini alacak ve tehlikeli koşullarda çalışılmasına izin vermeyecektir. Yüklenici iş ve işçi sağlığı ile ilgili mevzuat ve hükümleri yerine getirmekle yükümlüdür.

3.2. Garanti: Cihazda yapılan onarım ile değiştirilen her türlü yedek parça imalat ve montaj hatalarına karşı en az 1(bir) yıl garantili olacaktır.

4. Kontrol ve Muayene:

4.1. Kaynak işlemi vb. mekanik işlemlerin uygulanacağı iklimlendirme kabinlerinin Başkanlığımız Biyosidal Laboratuvarından alınması, taşınması ve kaynak işlemleri yapıldıktan sonra laboratuvarımıza teslimi, firma tarafından yapılacaktır. İklimlendirme kabinleri, sevkiyat esnasında hasar görmeleri halinde doğabilecek hasarlardan ve bunların giderilmesinden yüklenici firma sorumlu olacaktır.

4.2. İklimlendirme kabinlerinin bakım-onarım işlemleri yüklenici firma tarafından tamamlandıktan sonra, Başkanlığımızca oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından teknik şartnameye göre kontrol ve muayeneleri yapılacaktır.

4.3. Test, kontrol ve muayenelerde kullanılarak sarf edilecek malzemeler firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır.

4.4. Firma yetkilileri muayene sırasında hazır bulunmadıkları takdirde muayenenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

4.5. Muayene sonucuna itiraz edilmesi halinde 3 (üç) gün içinde ikinci muayene, Başkanlıkça (birinci muayenede bulunmayanlardan) oluşturulacak itiraz Komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu muayenede sadece birinci muayenede uygun bulunmayan özellikler değerlendirilecektir. İtiraz Komisyonunun kararı kesindir.

5. İdari Şartlar:

5.1. İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı, Hizmetlerde İş Tanımı, İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri ile İhale Dokümanında Açıklama İsteme ve Yapılma Yöntemleri gibi asgari hususlara, Mali İşler ve Stok Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından, Teknik Şartname hükümleri esas alınmak suretiyle düzenlenecek olan İdari Şartname'de yer verilecektir.

5.2. Sözleşme imzalanması durumunda Sözleşmenin Tarafları, Sözleşme Konusu İşin Tanımı ve Miktarı, Sözleşme Bedeli, Sözleşme Bedeline Dahil Giderler, İşe Başlama ve Bitiş Tarihleri (Hizmet Alımı İhalelerinde), Teslimat Takvimi (Mal Alımı İhalelerinde), Denetim ve Muayene Kabul İşlemlerine İlişkin Hususlar, İş Artışı veya Eksilişi, Cezalar ve Kesintiler

İKLİMLENDİRME KABİNLERİ ARIZASI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

01.10.2025

Sözleşmenin Feshi ve Sonrasında İzlenecek Adımlar ile Yüklenicinin Sorumlulukları ve Yükümlü Olunacak Diğer Hususlar gibi benzeri tüm detaylara Sözleşme Tasarısı'nda yer verilecektir.

İş bu Teknik Şartname Talep Sahibi İcracı Daire Başkanlığı tarafından 5 (Beş) ana başlık halinde ve 3 (üç) sayfadan ibaret olmak üzere 01.10.2025 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmıştır.

Teknik Şartnameyi Hazırlayanlar

Arzu DİNLER
Dr.Kim. Müh.

Soner YAĞMUR
Kim.Yük. Müh.

Selda ALTANLAR
Bil.Uzm.Kim.Müh.