

“MUAYENE ETİKETİ” TASARIM VE BASIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1. KONU :

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı Sterilite Kontrol Laboratuvarı tarafından, performans nitelendirilmesi testleri uygulandığında tüm testlerden geçen cihazlar için verilecek olan 1200 adet “MUAYENE ETİKETİ” basım işinin satın alınmasına ait usul ve esaslar aşağıdadır:

2. GENEL ŞARTLAR:

Teklif veren firmalar faaliyet alanına giren ilgili odaya kayıtlı olmalıdır.

4. Madde Muayene Etiketleri Örnekleri’nde verilen muayene etiketi örneklerine uygun olarak basım işlemi gerçekleştirilecektir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- a. Etiket suya dayanıklı malzemelerden oluşturulmalı, suya temas ettiğinde kağıt yapısı bozulmamalı, yapışma özelliği bozulmamalı ve üzerindeki yazılar akmamalıdır. Zemine yapıştırılacağı zaman ise şablondan kolayca çıkarılabilir olmalıdır.
- b. Ortam ıslısına karşı dayanıklı olmalıdır (+10°C ile +50°C). Ortam nemine karşı dayanıklı olmalıdır (1RH% ile 100RH%).
- c. Renkli baskı olmalıdır.
- d. Baskı arkası metal yüzeylere karşı yapışkanlı olmalıdır.
- e. Selefon baskılı olmalıdır. (örneğine göre)
- f. Kağıt kalitesi ve tam ebatları örnekler üzerinden görüşülerek ve Sterilite Kontrol Laboratuvarı’ndan onay alınarak belirlenecektir.
- g. Basımına yönelik yapılacak bütün teknik işler ve gerekli malzemeler firma tarafından temin edilecektir.
- h. Çeker Ocak için (birinci sertifika örneği):300 adet
Laminar hava akış kabini için (ikinci sertifika örneği): 100 adet
Biyogüvenlik kabini için (üçüncü sertifika örneği):800 adet
Toplamda 1200 adet



4. MUAYENE ETİKETİ ÖRNEKLERİ


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı
Sterlite Kontrol Laboratuvarı
Çeker Ocak/TS EN 14175-3-4

Cihaz Marka/Model :
Seri No :
Muayene Tarihi :
Sonraki Muayene Tarihi :
Muayeneyi Yapan :
Rapor Tarih/No :
Form No: F73-SKL/17020/01


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


TÜRKAK
Muayene
TS EN ISO/IEC 17020
AB-0368-M

Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı
Sterlite Kontrol Laboratuvarı
Laminar Hava Akış Kabini/TS EN 14644-1/2/3

Cihaz Marka/Model :
Seri No :
Muayene Tarihi :
Sonraki Muayene Tarihi :
Muayeneyi Yapan :
Rapor Tarih/No :
Form No: F53-SKL/17020/01


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


TÜRKAK
Muayene
TS EN ISO/IEC 17020
AB-0368-M

Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı
Sterlite Kontrol Laboratuvarı
Biyogüvenlik Kabini/TS EN 12469-NSF49

Cihaz Marka/Model :
Seri No :
Muayene Tarihi :
Sonraki Muayene Tarihi :
Muayeneyi Yapan :
Rapor Tarih/No :
Form No: F52-SKL/17020/01

Bu şartname 4 madde 2 sayfadan oluşmaktadır.


Fatih ÖZÇELİK

Kimyager



Fatih KARACA

Elektronik Teknisyeni



Abdurrahim TERLEMEZ

Otomasyon Teknikeri

