



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



**Teklifin Konusu: Mal Alımı (2024 /H-84)**

Genel Müdürlüğümüz Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda “**Mars Scanlaf 1200 Markalı Biyogüvenlik Kabini Hepa Filtre Alımı Demontajı ve Montajı**” hizmet alımı işi Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **26.06.2024** tarihi saat **16:00** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 51 13 (Satınalma ile ilgili konular için)

Fax: 0312 565 50 91

E-mail: [hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr](mailto:hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr)

Adres: Sağlık Mah. A.Adnan Saygun 2 Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda İdare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Mars Scanlaf 1200 Markalı Biyogüvenlik Kabini Hepa Filtre Alımı Demontajı ve Montajı Hizmet alımı işi.	1 Adet		
<b>TOPLAM</b>				

Yukarıda belirtilen ..... Kalem malzemeyi KDV hariç ..... TL' den  
(Yalnız ..... ) bedel ile  
**İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.**

FİRMA- KAŞE- İMZA



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
HALK SAĞLIĞI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü  
T A L E P F O R M U

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
HSGM GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 1  
15/05/2024, 13 20 36 - E-80962070-807 04-243931785



HSGM MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYOLOJİ

BİRİM

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Talep Eden Birim : Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı  
Sayı : 20986060-934

Tarih :

Aşağıdaki talebin satın alınması için gereğini arz ederim.

Mevcudu  
Vardır  
Mevcudu  
Yoktur

Mevcudu  
Vardır  
Mevcudu  
Yoktur

Genel Bütçe  
Taşınır Kayıt

Döner Sermaye  
Taşınır Kayıt

Kont.Yet.

Kont.Yet.

.../.../....

.../.../....

Mik.Uzm. Ahmet ASLANTÜRK

14.05.2024

Ekrem SAĞTAŞ  
Mikrobiyoloji Referans  
Laboratuvarları ve Biyolojik  
Ürünler Daire Başkanı

.../.../....

GEREKÇE\*\*

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı, Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarında kullanımda olan, MARS SCANLAF markalı biyogüvenlik kabinini (SN:L05110365) performans nitelendirilme testlerinden geçememiş, ana filtre ön-arka ana hat bağlantı noktalarından sızma olduğu tespit edilmiştir. Cihazın ana hepa filtresinin dış piyasadan alınarak demontaj ve montajının yapılması için hizmet satın alınması gerekmektedir.

SIR A NO	D M O S I R A N O	MKYS JENERİ K KODU (DMO)	TAŞINIR KAYIT KODU*	STOK DURU MU	T A L E P	MİKTARI	BİRİMİ
1					Mars Scanlaf 1200 Biyogüvenlik Kabini İçin H14 Ana Hepa Filtre	1 Adet	
2							
3							
4							
5							

\*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.

\*\*Gerekçe bölümünü doldurmak zorunludur.

\*\*\* Hizmet alımları ve yapım işlerinde Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi onayı aranmamaktadır.

OLUR 14 Mayıs 2024

Dr. Köksal HAMZAOĞLU  
Genel Müdür Yardımcısı





T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
HALK SAĞLIĞI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

## TEKNİK RAPOR

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
HSGM GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 1  
15/05/2024, 13 20 36 - E-80962070-807 04-243831785



243831785

HSGM MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYOLOJİ

BİRİM/BÖLÜM İMİDB/Yapı ve Teknik İşler Birimi/Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Cihaz Onarım	Cinsi	Biyogüvenlik Kabini
Birim	MRLBÜDB	Marka-Model	MarsScanlaf/1200
Laboratuvar	UTRL	Seri No	L05110365
Talep Tarih/Sayı	03.10.2023/225916749	Rapor Tarihi	10.11.2023

### Yapılan İşlemler ve Sonuç

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarında kullanılan, Mars marka Biyogüvenlik kabiniinde yapılan performans nitelendirmesi testleri sonucunda filtre sızdırmazlık testini geçmediği ve ana filtre ön-arka ana hat bağlantı noktalarından sızdırdığı tespit edilmiştir.

Filtrenin onarımı mümkün olmadığından dış piyasadan satın alınarak ilgili firmaca cihaza montajının yapılması gerekmektedir.

### Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	Mars Scanlaf 1200 BGK için H14 Ana Hepa Filtre		1 Adet	Dış Piyasa

### Teknik Şartlar

- Cihazda yapılacak olan parça montajı, bakım ve onarım cihaz kullanıcısı ve ilgili birim cihaz sorumlusu olmadan yapılmayacaktır.
- İlgili firma, filtre montajını tamamladıktan sonra Biyogüvenlik Kabini performans nitelendirmesi testleri Genel Müdürlüğümüz sterilite kontrol laboratuvarınca tekrar yapılacaktır.
- Testler sonucunda kabinde herhangi bir uygunsuzluk çıktığında, firma bu uygunsuzlukları gidermeyi kabul etmiş olup; Muayene, kabul işlemleri performans testleri sonuçları uygun çıktığında yapılacaktır.
- Firma (PQ) performans testlerinde tespit edilen uygunsuzlukları 10 iş günü içerisinde giderecektir.
- Değiştirilen her türlü yedek parça, imalat ve montaj hatalarına karşı en az 1 (Bir) yıl garantili olacaktır.

Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.  
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Hulusi KÖŞKER  
Elk. Tıb. Cih. Teknikeri  
Lab. Sorumlusu

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu  
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Orhan BAKMAZ  
İnşaat Mühendisi  
Birim Sorumlusu