



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



**Teklifin Konusu: Mal Alımı (2023/M-146)**

Genel Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda “**Membrane Dryer Dia**” Mal alımı işi Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **28.09.2023** tarihi saat **16:00** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

**Tel:** 0312 565 52 26 ( Teknik Şartname ile ilgili konular için)

**Tel:** 0312 565 51 13 (Satınalma ile ilgili konular için)

**Fax:** 0312 565 50 91

**E-mail:** [hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr](mailto:hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr)

**Adres:** Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No: 55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda İdare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	06-4445 Membrane Dryer Dia 45mmX140 mm	1 Adet		
<b>TOPLAM</b>				

Yukarıda belirtilen ..... Kalem malzemeyi KDV hariç ..... TL' den  
(Yalnız ..... ) bedel ile  
**İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.**

FİRMA- KAŞE -İMZA



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
HALK SAĞLIĞI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü  
T A L E P F O R M U

Sayfa No: 1 / 2

BİRİM

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Talep Eden Birim: Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı  
Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı, Toksikoloji Laboratuvarı

Tarih : 05.09.2023

Sayı: 934.01/ 1187

Aşağıdaki talebin satın alınması için gereğini arz ederim.

<input type="checkbox"/> Mevcudu Vardır <input checked="" type="checkbox"/> Mevcudu Yoktur	<input type="checkbox"/> Mevcudu Vardır <input checked="" type="checkbox"/> Mevcudu Yoktur	Dr. Kimyager HA VVA BEKİROĞLU ATAŞ Birim Sorumlu V. .../.../2023	Uz. Dr. Nurgül ÖZCAN Daire Başkanı .../.../2023
Genel Bütçe Taşınır Kayıt Kont. Yet. Taşınır Kayıt Yetkilisi 08/9/2023	Döner Sermaye Taşınır Kayıt Kont. Yet. 07/9/2023		

GEREKÇE\*\*

Açıklama: Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı, Toksikoloji Laboratuvarında klinik ve klinik dışı örneklerde acil toksikolojiye yönelik çalışma faaliyetlerinin aksamaması için aşağıda belirtilen cihaz parçasının alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

SIRA NO	DMO SIRA NO	MKYS JENERİK KODU (DMO)	TAŞINIR KAYIT KODU*	STOK DURUMU	T A L E P	MİKTARI	BİRİMİ
1			150-13-02		06-4445 Membrane Dryer DIA45MMX140MM	1	Adet

\*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.

\*\*Gerekçe bölümünü doldurmak zorunludur.

\*\*\* Hizmet alımları ve yapım işlerinde Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi onayı aranmamaktadır.

OLUR

8./9./2023

Doç. Dr. Mehmet Enes GÖKLER  
Genel Müdür Yardımcısı

## CİHAZ SARF MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. KONU:

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı, Toksikoloji Laboratuvarında kullanılmak üzere aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarı belirtilen cihaz sarf malzemesi satın alınacaktır.

### 2. GENEL ŞARTLAR:

- 2.1 İstekliler ve isteklilerin teklif ettiği ürünlerin TITUBB kayıt / bildirim işlemini tamamlamış olmalıdır. Teklif veren istekliler teklif edilen ürünler / cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) tarafından onaylanmış bulunan ürün numarasını ihale sıra numarası belirtilerek yazılı olarak teklifleriyle birlikte vereceklerdir. TITUBB tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. Ancak, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TITUBB kayıt veya bildirim aranmayacaktır.
- 2.2 Teklif veren firmalar, Üretici firmadan, cihazın Türkiye Temsilcisi olduklarına ilişkin Konsolosluk/Ticaret Odası/Apostil ve noter onaylı belgeyi tekliflerine ekleyeceklerdir.
- 2.3 Teklif veren firmalar bu cihaza yönelik TSE tarafından onaylı "teknik servis yeterlilik belgesi" ne sahip olmalıdır ve bunu teklif dosyasın da sunmalıdır.
- 2.4 Cihaz yedek parçaları 2 yıl garantili olacaktır. Firma; takıldığında uygun çıkmayan cihaz sarf malzemelerini yenisi ile değiştirecektir.
- 2.5 Firmalar tekliflerini birim fiyat üzerinden kalem bazında vereceklerdir.

### 3. MALZEME CİNSİ, ÖZELLİKLERİ, MİKTARI:

No	Malzeme Adı	Miktar	Özellik
1.	06-4445 Membrane Dryer DIA45MMX140MM	1	Sciex 5500 LC-MSMS cihazı ile uyumlu olmalıdır.

### 4 İSTENİLEN DOKÜMANLAR

- 4.1 Firmalar, teklif ettikleri malzeme özellikleri hususunda orijinal katalogları üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde" cevap vereceklerdir.
- 4.2 Teklif edilen malzemelerin kullanıldığı yerler hakkında istenildiği durumda referans verilecektir. Bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirme yapılacaktır.
- 4.3 Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında kaliteleri hakkında tereddütte düşülen kalemlerin, Satın Alma Komisyonunca laboratuvarlarımızda denenmesi (demonstrasyonu) istenebileceğinden, firmalar; önerilen markalara ait ürünlerin laboratuvarlarımızda kullanılarak denenebileceğine dair yazılı beyan vereceklerdir. Demonstrasyon yapmayan veya demonstrasyon sonucu ürünü uygun görülmeyen firmaların teklifleri ret edilecektir.

### 5. TESLİMAT VE MUAYENE

- 5.1. Malzemelerin Başkanlığımıza sevki, depomuza teslimi firma tarafından yapılacaktır. Malzemeler, sevkiyat esnasında hasar görmeleri önlenecek şekilde paketlenen bu esnada doğabilecek hasarlardan ve bunların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır.



- 5.2. Malzemelerin Başkanlığımızca oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından teknik şartnameye göre kontrol ve muayeneleri yapılacaktır. İmalat ve malzeme hatalarından yoksun olması, kırık-çatlak-deforme olmamış halde bulunması yönünden fiziksel olarak kontrol edilecektir.
- 5.3. Test, kontrol ve muayenelerde kullanılarak sarf edilecek malzemeler firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır.
- 5.4. Firma yetkilileri muayene sırasında hazır bulunmadıkları takdirde muayenenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
- 5.5. Muayene sonucuna itiraz edilmesi halinde üç (3) gün içinde ikinci muayene, Başkanlıkça (birinci muayenede bulunmayanlardan) oluşturulacak itiraz Komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu muayenede sadece birinci muayenede uygun bulunmayan özellikler değerlendirilecektir. İtiraz Komisyonunun kararı kesindir.

Cihaz sarf malzemesi alımına ait teknik şartname 5 (beş) ana başlık altında 2 (iki) sayfa olarak düzenlenmiştir.

Göksel KOÇ MORGİL  
Dr. Kimyager

Yunus YÜCE  
Dr. Biyolog

Yusuf DELIALI OĞLU  
Ziraat Müh.