



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2024 / M-39)

Genel Müdürlüğümüz Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “**Nazofarinks örnekleme için dacron uçlu, esnek burgulu, aliminyum şaftlı steril eküvyon/kömürlü Amies Transport Besiyeri alımı**” Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **14.03.2024** tarihi saat **16:00’e** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

İlgili Birim Tel: 0312 565 57 81 (Teknik Şartname ile ilgili konular için)

Tel: 0312 565 51 13 (Satınalma İle ilgili konular için)

Fax: 0312 565 50 91

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda İdare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Bir. Fiyat	Top. Tutar
1	Nazofarinks örnekleme için dacron uçlu, esnek burgulu, aliminyum şaftlı steril eküvyon/kömürlü Amies Transport Besiyeri alımı	3.000 Adet		
TOPLAM				

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den
(Yalnız) bedel ile

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE -İMZA



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
TALEP FORMU

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HSGM GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 1
06/02/2024, 10:15:22 - E-80962070-949-236010598



236010598

HSGM MIKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYOLC

BİRİM

MALİ İŞLER VE STOK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞ

Talep Eden Birim : Mik.Ref.Lab.ve Biy.Ür.Dai. Başk
Sayı : 20986060-934/

Tarih :

Aşağıdaki talebin satın alınması için gereğini arz ederim.

Mevcudu Vardır

Mevcudu Yoktur

A. SÖKMEN

Genel Bütçe
Taşınır Kayıt Kont.Yet.
02/02/2024

Mevcudu Vardır

Mevcudu Yoktur

Dursun ORHAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi
Döner Sermaye
Taşınır Kayıt Kont.Yet.

02/02/2024

Doç.Dr.Selin NAR
ÖTGÜN

Ulusal Solunum Yolu
Patojenleri .Ref.Lab.

Talebi Hazırlayan
Birim Sorumlusu

.../.../....

Ekrem SAĞTAŞ
Mik.Ref. Lab. ve Biy.
Ürün. Dai. Başkanlığı

Talep Eden
Daire Başkanı

.../.../....

GEREKÇE**

Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarları'nda 2024 yılında rutin çalışmalarda kullanılmak üzere aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarları belirtilen malzeme satın alınacaktır.

SIRA NO	TAŞINIR KAYIT KODU*	STOK DURUMU	TALEP	BİRİMİ	MİKTARI
1.	15003.04	-	Nazofarinks örnekleme için dacron uçlu, esnek burgulu alüminyum şaftlı steril eküvyon / kömürlü Amies transport besiyeri	Adet	3000
2.					
3.					
4.					
5.					

*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.

**Gerekçe bölümünü doldurmak zorunludur.

*** Hizmet alımları ve yapım işlerinde Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi onayı aranmamaktadır.

OLUR

02/02/2024

Adı-Soyadı-İmza
Genel Müdür Yardımcısı

Dr. Köksal HAMZAOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HSGM GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 1
06/02/2024, 10:15:22 - E-80962070-949-236010598



236010598

HSGM MIKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYOLC

TEKNİK ŞARTNAME

1. KONU:

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarları'nda 2024 yılında rutin çalışmalarda kullanılmak üzere aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarları belirtilen bir (1) kalem malzeme satın alınacaktır.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR
1	Nazofarinks örnekleme için dacron uçlu, esnek burgulu alüminyum şaftlı steril eküvyon / kömürlü Amies transport besiyeri	Adet	3000

2 GENEL ŞARTLAR

- 2.1 Ürünlerin son kullanma tarihleri şartnamede belirtilmiştir.
- 2.2 İstekliler ve isteklilerin teklif ettiği ürünlerin ÜTS kayıt / bildirim işlemini tamamlamış olmalıdır. Teklif veren istekliler teklif edilen ürünler /cihazların onaylanmış bulunan ürün numarasını ve teklif veren firmanın ÜTS bayi kaydını ihale sıra numarası belirtilerek yazılı olarak teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Onaylı olmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. Ancak, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için ÜTS kayıt veya bildirim aranmayacaktır.Firmalar tekliflerini birim fiyat üzerinden kalem bazında vereceklerdir.
- 2.3 Ürünlerin orijinal prospektüslerinden birer adet teklifle birlikte verilecektir.
- 2.4 Teklif karara bağlandıktan sonra ürünler orijinal ambalajında ve ambalajı açılmamış şekilde, uygun sıcaklık koşullarında (soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslim edilecektir.
- 2.5 Tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesi sırasında ürünlerin laboratuvarımızda denenmesi istenebileceğinden test, kontrol ve muayenelerde kullanılarak sarf edilecek malzeme firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır.
- 2.6 Tüm ürünler üretici firmaya ait orijinal etiketleri taşınmalı; etikette üretim tarihi, son kullanma tarihi, saklama koşulları ve lot numarası bulunmalıdır.
- 2.7 Teklif veren firmalar, teklif ettikleri kalemler için testin çalıştırılmasında gerekli tüm reaktifleri sağlamalıdır. Çalışma sırasında yetmeyen reaktifler firma tarafından ayrıca temin edilmelidir.
- 2.8 Teklif edilen ürünlerin tam ticari adı ve üreticileri, teklifte yazılı olarak belirtilmelidir.
- 2.9 Laboratuvarımıza teslim edilen ürünler çalışmadığı takdirde firma tarafından 7 gün içerisinde ücretsiz olarak değiştirilecektir. Bu süreçte kurumun uğradığı zararlar firma tarafından karşılanacaktır.

[Handwritten signatures]



- 2.10 Teklif verecek firmalar, ihaleden önce laboratuvar ile görüşerek ürünlerin uygunluğunu teyit ettireceklerdir.
- 2.11 İlgili bölümün talep etmesi durumunda son kullanma tarihinden üç (3) ay öncesinde firmaya haber vermek suretiyle, miktarı %25'i geçmemek üzere firma tarafından uzun miyadlılarla değiştirilecektir.
- 2.12 Satınalma komisyonu gerekli gördüğü hallerde idarece belirlenen süre içerisinde demonstrasyon isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir. Demonstrasyon yapmayan ya da demonstrasyon sonucunda kitleri uygun bulunmayan firmaların teklifleri reddedilecektir. Demonstrasyon Satınalma komisyonu nezaretinde yapılacaktır. Demonstrasyon sırasında test, kontrol ve muayenelerde kullanılan tüm malzemeler ücretsiz olarak verilecektir.
- 2.13 Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri ret edilecektir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER:

3.1. Nazofarinks örnekleme için dacron uçlu, esnek burgulu alüminyum şaftlı steril eküvyon / kömürlü Amies transport besiyeri Teknik Özellikleri:

- 3.1.1. Eküvyon; orijinal ambalajında, steril, kömürlü Amies Transport Medium içeren plastik tüpü ile birlikte olmalıdır.
- 3.1.2. Eküvyon; nazofarinks örnekleme için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3.1.3. Eküvyon dacron uçlu olmalıdır.
- 3.1.4. Gövdesi kolayca esneyebilen burgulu alüminyum şaft içermelidir.
- 3.1.5. Oda ısısında özelliğini kaybetmeden saklanabilir olmalıdır.
- 3.1.6. Nem kaybından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır
- 3.1.7. Ürünler en az onsekiz (18) ay miadlı olmalıdır.

4. KABUL VE MUAYENE:

- 4.1 Ürünlerin Başkanlığımıza sevki, depomuza teslimi firma tarafından yapılacaktır. Kargo teslimatı kabul edilemez; ürünler, sevkiyat esnasında hasar görmeleri önlenerek şekilde paketlenerek bu esnada doğabilecek hasarlardan ve bunların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır.
- 4.2 Ürünlerin Başkanlığımızca oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından teknik şartnameye göre kontrol ve muayeneleri yapılacaktır.
- 4.3 Dizayn ve imalat hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan ilgili firma sorumlu olacaktır. Eksik veya hatalı sevki edildiği tespit edilen ürün, teçhizat, yedek parça ve sarf malzemeleri ihaleyi kazanan firma tarafından en geç 30 (otuz) gün içerisinde gerçek malzemesi ile ek bir ücret talep edilmeksizin değiştirilecektir.

Mur SN



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



- 4.4 Herhangi bir uyumsuzluk durumunda; firma, uyumsuzluğu Muayene Komisyonunun belirleyeceği süre içerisinde düzeltmek zorunda olacak ve düzeltilmesi imkansız ise, ürün reddedilecektir. Yerine, firma ücretsiz olarak yeni ürünü Muayene Komisyonunca belirlenecek süre içerisinde teslim edecektir.
- 4.5 Firma yetkilileri, muayene sırasında hazır bulunmadıkları takdirde muayenenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
- 4.6 Muayene sonucuna itiraz edilmesi halinde 3 (üç) gün içerisinde ikinci muayene Başkanlıkça (birinci muayenede bulunmayanlardan) oluşturulacak İtiraz Komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu muayenede sadece birinci muayenede uygun bulunmayan özellikler değerlendirilecektir. İtiraz Komisyonunun kararı kesindir.

İş bu Teknik Şartname 4 (dört) ana başlık altında üç (3) sayfadan ibarettir.

Doç. Dr. Selin NAR ÖTGÜN

Uzm. Dr. Nuriye ÜNAL SAHİN

Biyolog Sinem TUNCER