



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2023 / H-102)

Genel Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “Cihazların Genel Bakımı ve Testi Hizmet Alımı” Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **21.07.2023** tarihi saat **16:00**'e kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

İlgili Birim Tel: 0312 565 50 30 (Teknik Şartname ile ilgili konular için)

Tel: 0312 565 50 83 (Satınalma İle ilgili konular için)

Fax: 0312 565 50 91

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Top. Tutar
1	Buchi / B-490/R-205	1-Adet	
2	Buchi / B-490/R-205	1-Adet	
TOPLAM			

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den
(Yalnız)

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE

**BUCHİ MARKA CİHAZLARA KORUYUCU BAKIM, KALİBRASYON VE DOĞRULAMA
TESTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. KAPSAM:

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarında kullanılmakta olan ve aşağıdaki listede belirtilen cihazların/sistemlerin koruyucu bakım, kalibrasyon ve çalışma yeterliliği ve bu amaçla gerekli testler ile bu testlerde kullanılması gerekli cihaz kalifikasyonlarının belirlenerek validasyonunun aşağıdaki maddeler çerçevesinde yapılmasıdır.

CİHAZ ADI	MARKASI/ MODELİ	BAKIM SAYISI
Evaporatör	Buchi / B-490/R-205	1 Adet
Evaporatör	Buchi / B-490/R-205	1 Adet

2. GENEL ŞARTLAR:

2.1. Yukarıda belirtilen cihazlar/sistemler için imalatçı firmanın garanti koşullarında genel koruyucu bakım, cihaz validasyonu ve kalibrasyon hizmeti verilecektir. Cihazlara/sistemlere yukarıda belirtilen sayıda genel koruyucu bakım ve testleri yapılacak **ancak, cihazlar için sınırsız servis sağlanacaktır.**

2.2. Sözleşmeyi yapacak firma, söz konusu cihazların genel koruyucu bakım ve testlerini **Daire Başkanlığının belirlediği tarihlerde** yapmalı ve test raporları ve servis raporlarını kullanıcılara teslim etmelidir.

2.3. Sözleşmeyi yapacak firma, cihazların üretici firmasının **Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi** olduğuna dair belgeyi sözleşmeye eklemelidir.

2.4. Sözleşme süresince cihaza müdahale edecek firma teknik elemanlarının yeterli teknik eğitimi aldıklarına dair sertifikaları sözleşme ekine konulmak üzere idareye ve ilgili birime teslim edecektir.

2.5. Bakım, parça/ montajı/ tamiri ve testleri, kullanıcı ve cihaz sorumlusu eşliğinde yapılacaktır.

2.6. Firma, sözleşmesi yapılan cihaz ve sistemler için, meydana gelebilecek tüm arızalar, yedek parça hariç herhangi bir servis ücreti talep etmeyecektir.

2.7. Yüklenici firma, koruyucu bakım, kalibrasyon ve validasyon sırasında ortaya çıkan her türlü kusur, hata, gecikme ve arızanın neden olduğu doğrudan zarar, ziyan, kaza ve yaralanmalardan sorumludur.

2.8. Firma söz konusu cihazların yazılımını gözden geçirmeli ve gerekli yazılım güncellemesini yapmalıdır. Eski bilgilerinde yedeklenmesini sağlamalıdır. Bu işlemler için firma tarafından ayrıca ücret talep edilemeyecektir.

2.9. Listedeki cihazların birden çok kullanıcısı olduğundan istenildiği takdirde her bir kullanıcı için cihaz bilgisayarında ayrı bir giriş oluşturulmalıdır.

2.10. Bakım süresi içinde sistemle ilgili bir tamir ya da bakım talep edildiğinde, bu talebin firmaya e-posta/telefon/faks veya yazılı bildiriminden itibaren en fazla 2 (iki) iş günü içerisinde söz konusu laboratuvara gelinerek soruna müdahale edilecektir. Parça ithalatı gerektirmeyen durumlarda 10 (on) iş günü içinde, parça ithalatı gerektiren durumlarda ise bu süreye Genel Müdürlüğün uygun göreceği ithalat süresi eklenerek ve talep edilen tamir veya bakım yapılacaktır.

3. BAKIM:

3.1. Yukarıda belirtilen cihazlara tabloda belirtilen sayıda genel koruyucu bakım yapılacaktır.

3.2. Sözleşmeyi yapan firma bakımı yapılacak olan, cihazın/sistemin bir bütün olarak çalışmasını sağlayan her türlü alt ünitenin tümünün bakımını yapmakla sorumludur.

3.3. Yüklenici sözleşme konusu sistemler/cihazlar için koruyucu bakım sürelerini ve periyotlarını (performans kontrol kriterlerini sistem ve ünite bazında temizlik, bakım, ölçüm, yazılım ve testlerinin açıklamalarını yazılı talimat halinde) içeren ayrıntılı bir bakım programı ve bakım protokolü hazırlayacak, söz konusu programın bir kopyasının kullanıcıya verecek, bir kopyasını da cihaz sorumlusunun onayını alarak uygulamaya koyacaktır.

3.4. Firma her onarım sonrası cihazın/sistemin optimum performansda çalışması için gerekli bakım ve gerekli testlerini herhangi bir ücret talep etmeden yenileyecektir.

3.5. Bakım sırasında gerekli parça değişimi hariç, ihtiyaç duyulan diğer gerekli tüm malzemeler (**temizlik ve yağlama spreyleri, vakum yağı,optik malzeme temizleyiciler vb.**) firma tarafından temin edilecek bunun için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

3.6. Bakım sırasında yapılan parça değişimi 1 yıl garantili olacaktır. (Kullanım ömürlü parçalar bu kapsama dâhil değildir.)

3.7. Firma cihazın/sistemin, bilgisayar donanım ve yazılım kontrolünü yapacak, problem var ise giderecektir. Cihaza/sisteme ait yazılım gözden geçirilecektir. Yazılım güncellemeleri varsa ve cihaz/sistem ile uyumlu ise kullanıcı onayı alınarak güncelleme yapılacak, eski bilgilerin yedeklenmesi sağlanacak ve bu işlemler için firma tarafından ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

4. CİHAZ KALİBRASYON VE DOĞRULAMA TESTLERİ:

4.1. Firma tarafından cihazın ve cihaza ait ünitelerin tabloda belirtilen sayıda her koruyucu bakım sonrası cihaz validasyonu için gerekli (Operasyonel Kalifikasyon/ Performans Kalifikasyon) testleri eksiksiz olarak yapılacaktır.

4.2. Onarım sonrasında cihazda sarf malzeme değişikliği dışında analiz sonucuna etki edecek herhangi bir parça değişikliği gerçekleşmiş ise, ilgili modülün testleri Firma tarafından

ücretsiz olarak yapılacak ve performans raporu ilgili Laboratuvar Sorumlusuna teslim edilecektir.

4.3. Testleri için gerekli her türlü kimyasal madde, referans malzeme, solüsyon vb. firma tarafından karşılanacaktır. Testlerde kullanılan bu madde ve malzemelerin izlenebilirliği (sertifikalı referans malzemeler vb.) olmalı ve belgelenmelidir.

4.4. Test işlemleri ve sonuçları basılı rapor halinde teslim edilecektir.

5. İDARİ ŞARTLAR:

Sözleşmenin süresi, sözleşme bedeline dahil giderler, yüklenicinin yükümlülükleri ve benzeri tüm hususlar idarece hazırlanan idari şartnamede belirlenecektir.

İş bu şartname 5 ana başlık altında 3 sayfadan ibarettir.

HAZIRLAYANLAR

Zülfiye KARAMAN



Göksel KOC MORGİL



Mukaddes ŞENSES



19/10/2023

HALK SAĞLIĞI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
HSGM GENEL MÜDÜR
YARDIMCILIĞI 2
06/07/2023, 17:29:39 - E-32305452-
934.01.01-219069292