



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2023/M-145)

Genel Müdürlüğümüz Genel Müdürlüğümüz Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda "**Cihaz Parça Alımı**" Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç 20/09/2023 tarihi saat 16:00 kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 51 10 (Satınalma İle ilgili konular için)

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. A.Adnan Saygun 2 Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

| Sıra | Malzemenin Cinsi | Miktarı | Bir. Fiyat | Top. Tutar | Tes.Süresi |
|--------|-----------------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 15W/G15 T8 UV Lamba (Parça No: G15 T8) | 4 Adet | | | |
| 2 | 20W/G20 T10 UV Lamba (Parça No:G20 T10) | 2 Adet | | | |
| TOPLAM | | | | | |

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den
(Yalnız) bedel

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK RAPOR

HALI SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HSGM GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 2
04/09/2023, 11:31:33 - E-00962070-R07 (04-223029961)



HSGM İM/RCBİYOLÖJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYOLÖJİ

BİRİM/BÖLÜM İMİDB/Yapı ve Teknik İşler Birimi/Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.

| Talep Bilgileri | | Cihaz Bilgileri | |
|------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Konu | Cihaz Onarım | Cinsi | PCR Kabin - Elisa Yıkayıcı Biyogüvenlik Kabini |
| Birim | MRLBÜDB | Marka-Model | Kojair/UV - Biotek/ELX50 Biolab/Faster BHG2006 |
| Laboratuvar | UADVHRL | Seri No | 021909 - 255288- 2006D130 |
| Talep Tarih/Sayı | 09.08.2023/221862986 | Rapor Tarihi | 22.08.2023 |

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ulusal Aids Doğrulama ve Viral Hepatitler Referans Laboratuvarınca kullanılan;

Biotek/ELX50 marka model Elisa yıkayıcı cihazının arızalı olan yıkama ve vakum hücresinin tıkalı olan kanalları açılarak, cihaz faal duruma getirilmiştir.

Kojair/UV marka model PCR Kabininin arızalı olan UV lambası, birim mevcutlarında bulunan yenisi ile değiştirilerek, cihaz faal duruma getirilmiştir.

Biolab/Faster BHG2006 marka model Biyogüvenlik Kabininin arızalı olan UV lambası, birim mevcutlarında bulunan yenisi ile değiştirilerek, cihaz faal duruma getirilmiştir.

PCR Kabin ile Biyogüvenlik Kabininin birim mevcutlarında bulundurulmuş UV lambalarının son yedekleri kullanıldığından, aşağıda ki tabloda parça kodları ile belirtilen UV lambalardan dış piyasadan satın alınması gerekmektedir.

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

| S.No | Parça Adı | Parça No | Miktar | Temin Şekli |
|------|---------------------|----------|--------|-------------|
| 1 | 15W/G15 T8 UV Lamba | G15 T8 | 4 Adet | Dış Piyasa |
| 2 | 20W/G20T10 UV Lamba | G20T10 | 2 Adet | Dış Piyasa |

Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Hulusi KÖŞKER
Elk. Tıb. Cih. Teknikeri
Lab. Sorumlusu

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi
Birim Sorumlusu