



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2023/M-145)

Genel Müdürlüğümüz Genel Müdürlüğümüz Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda "**Cihaz Parça Alımı**" Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **03/10/2023** tarihi saat **16:00** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 51 10-51 13-50 83 (Satınalma İle ilgili konular için)

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. A.Adnan Saygun 2 Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Bir. Fiyat	Top. Tutar	Tes.Süresi
1	15W/G15 T8 UV Lamba (Parça No: G15 T8)	4 Adet			
2	20W/G20 T10 UV Lamba (Parça No:G20 T10)	2 Adet			
TOPLAM					

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den
(Yalnız) bedel

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK RAPOR

HALI SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HSGM GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 2
04/09/2023, 11:31:33 - E-F0952075-107 04-223023941



223029961

HSGM MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYOLOJİ

BİRİM/BÖLÜM İMİDB/Yapı ve Teknik İşler Birimi/Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Cihaz Onarım	Cinsi	PCR Kabin - Elisa Yıkayıcı Biyogüvenlik Kabini
Birim	MRLBÜDB	Marka-Model	Kojair/UV - Biotek/ELX50 Biolab/Faster BHG2006
Laboratuvar	UADVHRL	Seri No	021909 - 255288- 2006D130
Talep Tarih/Sayı	09.08.2023/221862986	Rapor Tarihi	22.08.2023

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ulusal Aids Doğrulama ve Viral Hepatitler Referans Laboratuvarınca kullanılan;

Biotek/ELX50 marka model Elisa yıkayıcı cihazının arızalı olan yıkama ve vakum hücresinin tıkalı olan kanalları açılarak, cihaz faal duruma getirilmiştir.

Kojair/UV marka model PCR Kabininin arızalı olan UV lambası, birim mevcutlarında bulunan yenisi ile değiştirilerek, cihaz faal duruma getirilmiştir.

Biolab/Faster BHG2006 marka model Biyogüvenlik Kabininin arızalı olan UV lambası, birim mevcutlarında bulunan yenisi ile değiştirilerek, cihaz faal duruma getirilmiştir.

PCR Kabin ile Biyogüvenlik Kabininin birim mevcutlarında bulundurulmuş UV lambalarının son yedekleri kullanıldığından, aşağıda ki tabloda parça kodları ile belirtilen UV lambalardan dış piyasadan satın alınması gerekmektedir.

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	15W/G15 T8 UV Lamba	G15 T8	4 Adet	Dış Piyasa
2	20W/G20T10 UV Lamba	G20T10	2 Adet	Dış Piyasa

Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Hulusi KÖŞKER
Elk. Tıp Cih. Teknikeri
Lab. Sorumlusu

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi
Birim Sorumlusu