



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



**Teklifin Konusu:** Hizmet Alımı (2023 / H-126)

Genel Müdürlüğümüz Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığının “Biyogüvenlik Kabini Ön Cam Onarımı Hizmet Alımı” işi Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **06.10.2023** tarihi saat **16:00’a** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

**Tel:** 0312 565 50 30 (Teknik Şartname ile ilgili konular)

**Tel:** 0312 565 50 83 (Satınalma ile ilgili konular)

**Fax:**0312 565 50 91

**E-mail:** [hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr](mailto:hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr)

**Adres:** Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No: 55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Malım Teslim Süresini belirtiniz. Teslim süresi 30 günü geçen alımlarda sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
4. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
5. İdare; Aşırı düşük teklif veren istekliden malı veya hizmeti alıp almamakta serbesttir.
6. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.

Sıra	Malzemenin Cinsi/ Mal/Hizmet/Yapım	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Biyogüvenlik Kabini Ön Cam Onarımı Hizmet Alımı	1-Adet		
<b>TOPLAM</b>				

Yukarıda belirtilen ..... Mal /Hizmeti KDV hariç ..... TL' den  
(Yalnız ..... ) bedel ile  
İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
HALK SAĞLIĞI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

## TEKNİK RAPOR

HALI SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
HSGM GENEL MÜDÜR YERİNEKİLİNİN 2  
21/09/2023 16:21:56 E-ARŞİVLEME B07/04 224982680



224982680

HSGM MİRÜBİ ÇUKUR REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYODİJİN

BİRİM/BÖLÜM İMİDB/Yapı ve Teknik İşler Birimi/Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Cihaz Onarım	Cinsi	Biyogüvenlik Kabini
Birim	MRLBÜDB	Marka-Model	Holten/S2000
Laboratuvar	UEPRL	Seri No	97174000C
Talep Tarih/Sayı	25.08.2023/223001562	Rapor Tarihi	05.09.2023

### Yapılan İşlemler ve Sonuç

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ulusal Enterik Patojenler Referans Laboratuvarınca kullanılan Holten marka Biyogüvenlik Kabinin ön cam makara halat ve kontrol sisteminin pozisyon aşımı nedeniyle arızalandığı tespit edilmiştir. Ön cam sisteminin onarılması ve limit ayarlarının dış piyasada yaptırılması gerekmektedir.

### Teknik Şartlar

- Cihazda yapılacak olan bakım, onarım ve cam ayarlamaları, cihaz kullanıcısı ve ilgili birim cihaz sorumlusu olmadan yapılmayacaktır.
- Ön cam ve kapak sisteminde yapılan her türlü onarım, ayarlamalar ve değiştirilen yedek parçalar, en az 1 (Bir) yıl garantili olacaktır.

### Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	BGK Ön cam sistemi onarımı		1 Adet	Dış Piyasa

Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.  
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Hulusi KÖŞKER  
Elk. Tıb. Cih. Teknikeri  
Lab. Sorumlusu

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu  
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Orhan BAKMAZ  
İnşaat Mühendisi  
Birim Sorumlusu