



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



**Teklifin Konusu: Hizmet Alımı (2024 / H-02)**

Genel Müdürlüğümüz Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “Saf Su ve Ultra Saf Su Cihaz Koruyucu Genel Bakım Hizmet Alımı” Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **12.01.2024** tarihi saat **17:00’e** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

İlgili Birim Tel: (0312) 565 50 30 (Teknik Şartname ile ilgili konular için)

Tel: 0312 565 50 83 (Satınalma İle ilgili konular için)

**E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr**

**Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA**

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Top. Tutar
1	Saf Su Cihaz Koruyucu Genel Bakım Hizmet Alımı	7-Adet		
2	Ultra Saf Su Cihaz Koruyucu Genel Bakım Hizmet Alımı	1-Adet		
<b>TOPLAM</b>				

Yukarıda belirtilen ..... Kalem malzemeyi KDV hariç ..... TL' den  
(Yalnız ..... ) bedel

**İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.**

FİRMA- KAŞE



230579798

HSGM MIKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYOLOJİ



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Kasım 2023

## SAF SU VE ULTRA SAF SU CİHAZLARI KORUYUCU GENEL BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1.KONU:

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığına bağlı Laboratuvarlarda kullanımda olan 7 Adet MES MP Minipure Distile Su Cihazı ile 1 adet SG Ultra Saf Su cihazı için yetkili firmasından yedek parça dahil (bir defaya mahsus, 1. Bakım sırasında değiştirilmek üzere) 2024 yılında Koruyucu Genel Bakım hizmeti satın alınacaktır.

### 2. KORUYUCU GENEL BAKIM HİZMETİ ALINACAK CİHAZLAR

SIRA NO	CİHAZ ADI	MARKA/ MODEL	SERİ NO	CİHAZ KODU	İSTENİLEN HİZMET	BULUNDUĞU LABORATUVAR
1	DİSTİLE SU CİHAZI	MES MP MINİPURE SUPER MOTO	11211496	DSC/01-02	KORUYUCU GENEL BAKIM	UTRL-MOLEKÜLER -2 LABORATUVARI
2	DİSTİLE SU CİHAZI	MP MINİPURE SUPER MUP SAF SU CİHAZI	02151123	DSC/02-01	KORUYUCU GENEL BAKIM	UVRL-STERİLİZASYON ÜNİTESİ I
3	DİSTİLE SU CİHAZI	MES MP MINİPURE SUPER MOTO	11211494	DSC/02-02	KORUYUCU GENEL BAKIM	UVRL-STERİLİZASYON ÜNİTESİ II
4	DİSTİLE SU CİHAZI	MES MP MINİPURE SUPER MOTO	11211493	DSC/05-01	KORUYUCU GENEL BAKIM	UEPRL-STERİLİZASYON ÜNİTESİ I
5	DİSTİLE SU CİHAZI	MP MINİPURE DISTİLE SU	1211730	DSC/07-01	KORUYUCU GENEL BAKIM	UYRPRL-STERİLİZASYON ÜNİTESİ
6	ULTRA SAF SU CİHAZI	SG	0813490-07	USSC/07-01	KORUYUCU GENEL BAKIM	UYRPRL-STERİLİZASYON ÜNİTESİ
7	DİSTİLE SU CİHAZI	MES MP MINİPURE SUPER MOTO	11211491	DSC/18-01	KORUYUCU GENEL BAKIM	ULUSAL HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI
8	DİSTİLE SU CİHAZI	MES MP MINİPURE SUPER MOTO	1009462	DSC/22-01	KORUYUCU GENEL BAKIM	VDTTÜL/STERİLİZASYON ÜNİTESİ

### 3. GENEL ŞARTLAR:

3.1. Yukarıda belirtilen cihaz/ sistemler için imalatçı firmanın garanti koşullarında, aşağıda belirtilen yedek parçalar dahil (bir defaya mahsus, 1. Bakım sırasında değiştirilmek üzere) Koruyucu Genel Bakım hizmeti satın alınacaktır.

BZ

UJF



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Kasım 2023

ALINACAK YEDEK PARÇA	YEDEK PARÇA GEREKEN CİHAZLAR VE KULLANILACAK MİKTAR							
	DSC/01-01	DSC/02-01	DSC/02-02	DSC/05-01	DSC/07-01	USSC/07-01	DSC/18-01	DSC/22-01
AKTİF KARBON MP 030 10"	4 ADET	4 ADET	4 ADET	4 ADET	-	-	5 ADET	-
0,2 MİKRON KAPSUL FİLTRE	-	-	-	1 ADET	-	-	-	-

3.2. Yüklenici firma tarafından, sözleşme süresi içinde, cihaza/sisteme cihazın teknik spesifikasyonlarına uygun ekonomik ömürlerini uzatacak nitelikte, yıl içinde 2 defa olmak üzere koruyucu genel bakım/kalibrasyon hizmeti verilecektir. Bu bakım kapsamında cihazın elektronik ve mekanik birimlerinin temizliği yapılacak ve fonksiyonlarının kontrolü ile teknik özelliklerine uygun çalışması sağlanacaktır. Koruyucu bakım sırasında, çalışma süresini dolduran veya bozulan yedek parçalar bedeli mukabilinde yüklenici tarafından karşılanacaktır. Gerekli yedek parçaların, cihazda bulunan elektronik kartların gerektiğinde elektronik ayarları yapılarak, tüm program kriterleri düzenlenerek kullanıcıya teslim edilecektir.

3.3. Yüklenici firma, söz konusu cihazların koruyucu genel bakım hizmeti testlerini MRLBÜDB/Cihaz Sorumluluğunun belirteceği tarihlerde yapacak ve her bakım sonrası teknik servis raporları ile yapılan işlemler düzgün ve anlaşılır şekilde dökümanite edilerek, MRLBÜDB/Cihaz Sorumlusuna teslim edilecektir.

3.4. Yüklenici firma, cihazların üretici firmasının Türkiye'deki yetkili temsilcisi olduğuna dair belgeyi sözleşme ile birlikte teslim etmelidir.

3.5. Bakım, yedek parça/montaj/tamir, bakım/kalibrasyon işlemleri Birim Kullanıcı/Cihaz Sorumlusu eşliğinde yapılacaktır.

3.6. Cihazların genel bakım/kalibrasyon işlemleri yerinde yapılacak ve laboratuvarın çalışması eksanilmayacak şekilde planlama yapılacaktır.

3.7. Bakım yapılan cihaz/sistemler için, sözleşme başlangıç tarihinden bitim tarihine kadar meydana gelebilecek olası tüm arızalarda yedek parça hariç, herhangi bir servis ücreti talep edilmeyecektir.

3.8. Yüklenici firma, koruyucu bakım/kalibrasyon sırasında ortaya çıkan her türlü kusur, hata, gecikme ve arızanın nedeni olduğu doğrudan zarar, ziyan, kaza ve yaralanmalardan sorumlu olacaktır.

3.9. Yüklenici firma, bakım yapılacak olan cihazın/sistemin bir bütün olarak çalışmasını sağlayan her türlü alt ünitenin tümünün bakımını yapmaktan sorumludur.

3.10. Bakım sırasında gerekli yedek parça değişimi hariç, ihtiyaç duyulan diğer gerekli malzemeler (temizlik ve yağlama spreyleri, yağ, alkol, optik malzeme temizleyicileri, vb.) firma tarafından temin edilir ve ayrıca ücret talep edilemez.

BZ

CMT



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



AB-0024-1L  
Kasım 2023

- 3.11. Bakım sırasında cihazda değişimi gerçekleşmiş yedek parça, imalat ve montaj hatalarına karşı 1(Bir) yıl garantili olacaktır (Kullanım ömürlü parçalar bu kapsama dahil değildir.)
- 3.12. Bakım sonrası 15 gün içinde cihaz/sistemde herhangi bir arıza olması durumunda firma uygunsuzlukları 15 (on beş) gün içinde giderecek ve ayrıca ücret talep etmeyecektir.
- 3.13. Bakım/Onarım işlemleri sonrası Kullanıcı/Cihaz Sorumlusuna cihazın son durumu hakkında bilgi verilecektir.
- 3.14. Yüklenici firma, bildirim takiben 3 iş günü içinde arızaya müdahale edecek olup bu müdahale için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
- 3.15. Arıza bildirimleri telefonda yapılacak olup, yüklenici firma teknik servis elemanlarına haftanın tüm günleri 09:00-24:00 saatleri arasında ulaşılabiliridir.
- 3.16. Yüklenicinin arızaya müdahalesinde meydana gelebilecek gecikmeler, her iş günü için toplam bedelin %1 oranında ceza kesilerek, bu ceza bedeli Yüklenicinin tahakkuk edilecek ilk hak edişinden, hak edişinin olmaması durumunda ise teminatından tahsil edilir.

İş bu şartname üç (üç) ana başlık altında 3 (üç) sayfadan ibarettir.

Bil.Uzm. Gıda Müh. Berdi TÜRKMEN  
MRLBÜDB Cihaz Sorumlusu

Uzm.Dr. Meral TURAN  
UYRPRİL Sorumlusu