



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



**Teklifin Konusu: Hizmet Alımı (2024 / H-06)**

Genel Müdürlüğümüz Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “Ultra Saf Su Cihazı Koruyucu Genel Bakımı Hizmet Alımı” Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **12.01.2024** tarihi saat **17:00’e** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

İlgili Birim Tel: (0312) 565 50 30 (Teknik Şartname ile ilgili konular için)

Tel: 0312 565 50 83 (Satınalma İle ilgili konular için)

**E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr**

**Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA**

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Top. Tutar
1	Ultra Saf Su Cihazı Koruyucu Genel Bakımı Hizmet Alımı (Merck-Millipure Milli Q Direct 16 için)	1-Adet		
<b>TOPLAM</b>				

Yukarıda belirtilen ..... Kalem malzemeyi KDV hariç ..... TL' den  
(Yalnız .....) bedel

**İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.**

FİRMA- KAŞE



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Milli Sağlık Genel Müdürlüğü

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
HSGM GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 1  
30/11/2023, 11:21:33 - E-80962070-807 04-230474638



230474638

HSGM MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYOLOJİ

TS EN ISO 15189  
AT-000001

Kasım 2023

## ULTRA SAF SU CİHAZI KORUYUCU GENEL BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1.KONU:

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarında kullanımda olan, Merck-Millipore Milli Q Direct 16 (SN: F4SA42036C) Ultra Saf Su cihazı için yetkili firmasından 2024 yılında Koruyucu Genel Bakım için hizmet satın alınacaktır.

### 2. GENEL ŞARTLAR

2.1 Merck-Millipore Milli Q Direct 16 Ultra saf su cihazı için imalatçı firmanın garanti koşullarında, aşağıda belirtilen yedek parçalar dahil (bir defaya mahsus) olmak üzere koruyucu genel bakım/kalibrasyon hizmeti verilecektir.

Parça Adı	Parça No	Miktar
Q PAK KARTUŞ	QPAK00TIX	1 Adet
PROGART T3 KARTUŞ	PROG000T3	1 Adet
UV LAMBA	ZMQUVLP01	1 Adet

2.2. Müşteri firma tarafından, sözleşme süresi içinde, cihaza/sisteme cihazın teknik spesifikasyonlarına uygun ekonomik ömürlerini uzatacak nitelikte, **yıl içinde 2 defa** olmak üzere koruyucu genel bakım/kalibrasyon hizmeti verilecektir. Bu bakım kapsamında cihazın elektronik ve mekanik birimlerinin temizliği yapılacak ve fonksiyonlarının kontrolü ile teknik özelliklerine uygun çalışması sağlanacaktır. Koruyucu bakım sırasında, yukarıda belirtilen yedek parçaların sözleşme süresini dolduran veya bozulan diğer yedek parçalar bedeli mübalelede yalıtıcı tarafından karşılanacaktır. Gerekli yedek parçaların, cihazda bulunan elektronik kartlara gerekçeyle elektronik ayarları yapılarak, tüm program kriterleri düzenlenerek alınabileceği kabul edilecektir.

2.3.Yüklenici firma, her koruyucu cihaza/sisteme koruyucu genel bakım hizmeti testlerini MRLEADB/Cihaz Servis raporunun belirteceği tarihlerde yapacak ve her bakım sonrası teknik servis raporları ile yapılan işlemler düzgün ve anlaşılır şekilde dökümanite edilerek, MRLEADB/Cihaz Servis raporuna teslim edilecektir.

2.4.Yüklenici firma, dökümanite üretici firmasının Türkiye'deki yetkili temsilcisi olduğuna dair belgeyi sözleşme eklerine ekli olmak üzere sunmalıdır.

2.5.Bu sözleşme, referans raporları dışında, bakımı/kalibrasyon işlemleri Kullanıcı/Birim Cihaz Sorumlusu tarafından gerçekleştirilmelidir.

*(Handwritten signatures)*



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Ulusal Sağlık Genel Müdürlüğü

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
HSGM GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 1  
30/11/2023, 11.21.33 - E-80962070-807.04-230474638



HSGM MIKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYOLOJİ



Kasım 2023

- 2.6. Cihazların genel bakım/kalibrasyon işlemleri yerinde yapılacak ve laboratuvarın çalışması aksatılmayacak şekilde planlama yapılacaktır.
- 2.7. Bakımı yapılan cihaz/sistem için, sözleşme başlangıç tarihinden, bitim tarihine kadar meydana gelebilecek olası tüm arızalarda yedek parça hariç, herhangi bir servis ücreti talep etmeyecektir.
- 2.8. Yüklenici firma, koruyucu bakım/kalibrasyon sırasında ortaya çıkan her türlü kusur, hata, gecikme ve arızanın neden olduğu doğrudan zarar, ziyan, kaza ve yaralanmalardan sorumlu olacaktır.
- 2.9. Yüklenici firma, bakımı yapılacak olan cihazın/sistemin bir bütün olarak çalışmasını sağlayan her türlü alt ünitenin tümünün bakımını yapmaktan sorumludur.
- 2.10. Bakım sırasında gerekli yedek parça değişimi hariç, ihtiyaç duyulan diğer gerekli malzemeler (temizlik ve yağlama spreyleri, yağ, alkol, optik malzeme temizleyicileri, vb.) firma tarafından karşılanır ve ayrıca ücret talep edilemez.
- 2.11. Bakım sırasında cihazda değişimi gerçekleşmiş yedek parça, imalat ve montaj hatalarına karşılıklı olarak 1 (bir) yıl garantisi olacaktır (Kullanım ömürlü parçalar bu kapsama dahil değildir.)
- 2.12. Bakım sonrası 15 gün içinde cihaz/sistemde herhangi bir arıza olması durumunda firma ücretsiz olarak (10 iş günü) için giderecek ve ayrıca ücret talep etmeyecektir.
- 2.13. Bakım ömrünü tamamladığı takdirde, Kullanıcı/Birim Cihaz Sorumlusuna cihazın son durumu hakkında bilgi verilecektir.
- 2.14. Yüklenici firma, bildirim tarihinden itibaren 3 iş günü içinde arızaya müdahale edecek olup bu müdahale için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
- 2.15. Arıza bildirimi yapıldıktan sonra yapılacak olup, yüklenici firma, teknik servis elemanlarına haftanın tüm günleri 09:00-18:00 saatleri arasında ulaşılabilirlerdir.
- 2.16. Yüklenici firma arızaya müdahalesinde meydana gelebilecek gecikmeler, her iş günü için toplam olarak 100 TL'ye kadar ceza kesilerek, bu ceza bedeli Yüklenicinin tahakkuk edilecek ilk faktürü ile birlikte talep edilecektir. Arıza giderilmesi durumunda ise teminatından tahsil edilir.

İş bu sözleşme iki (iki) ana başlık altında 2 (iki) sayfadan ibarettir.

Bilgi İçin: Genel Müdür Yardımcısı  
UMMRL Sorumlusu

*Bekir Gül*

Dr.Bio. Süleyman YALÇIN  
UMMRL Sorumlusu