



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Hizmet Alımı (2024 / H-40)

Genel Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “**Vakum Pompası Yağ Kaçağı Onarımı Hizmet Alımı**” Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **12.02.2024** tarihi saat **18:00**'e kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

İlgili Birim Tel: 0312 565 50 30 (Teknik Şartname ile ilgili konular için)

Tel: 0312 565 50 83 (Satınalma İle ilgili konular için)

Fax: 0312 565 50 91

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Top. Tutar
1	Vakum Pompası Yağ Kaçağı Onarımı	1-Adet	
TOPLAM			

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den
(Yalnız) bedel

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE



BİRİM/BÖLÜM İMİDB/Yapı ve Teknik İşler Birimi/Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Cihaz Onarım	Cinsi	ICP/MS
Birim	HSRLDB	Marka-Model	Agilent/7800
Laboratuvar	Toksikoloji Lab. Cih. Odası 1	Seri No	JP115320135
Talep Tarih/Sayı	23.11.2023/229997954	Rapor Tarihi	30.11.2023

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Toksikoloji Laboratuvarınca kullanılan, Agilent marka ICP/MS cihazına bağlı Vakum pompasının yağ kaçırdığı bildirilmiştir. Cihazda yetkili teknik servis elemanı, cihaz kullanıcıları ile birlikte yapılan arıza tespitinde. Agilent marka DS402 model vakum pompasının yağ kaçağı yapıldığından onarım ve bakımının İstanbul servisinde yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Vakum pompası onarımının, dış piyasadan hizmet alımı yoluyla yapılması gerekmektedir.

Teknik Şartlar

1. Pompada yenisi ile değiştirilen arızalı parçalar, *Biyomedikal Cihazlar Bakım Onarım Laboratuvarına teslim edilecektir.*
2. Cihaz, tüm fonksiyonları çalışır durumda ve eksiksiz teslim edilecektir.
3. Cihazda yapılan bakım/onarım ile değiştirilen her türlü yedek parça, imalat ve montaj hatalarına karşı en az 1 (Bir) yıl garantili olacaktır.

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	Vakum pompası yağ kaçağı onarımı		1 Adet	Dış Piyasa

Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Hulusi KÖŞKER
Elk. Tıb. Cih. Teknikeri
Lab. Sorumlusu

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi
Birim Sorumlusu

