



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



+ **Teklifin Konusu:** Hizmet Alımı (2024/ H-59)

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “**Metisafe Marka Biyogüvenlik Kabini Yedek Parça Değişim/Montaj Hizmet Alımı**” Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **26.02.2024** tarihi saat **16:00**'e kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

**Tel:** 0312 565 51 11

**Fax:**.....

**E-mail:** [hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr](mailto:hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr)

**Adres:** Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No: 55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye /ANKARA

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. İşin teslim süresini belirtiniz. Teslim süresi 30 günü geçen alımlarda İdare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
4. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	LED Florasan Balast (Örneğine Göre) METİSAFE BSC IIA Biyogüvenlik kabini İçin	2 Adet		
2	LED Florasan Lamba (Örneğine Göre) METİSAFE BSC IIA Biyogüvenlik kabini İçin	2 Adet		
3	UV Lamba Balast (Örneğine Göre) METİSAFE BSC IIA Biyogüvenlik kabini İçin	2 Adet		
4	UV Lamba (Örneğine Göre) METİSAFE BSC IIA Biyogüvenlik kabini İçin	2 Adet		
<b>TOPLAM</b>				

Yukarıda belirtilen.....Kalem Mal /Hizmeti KDV hariç ..... TL'den  
(Yalnız..... )bedel ile

**İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi /yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.**

**İmza-Kaşe-İmza**



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
HALK SAĞLIĞI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

## TEKNİK RAPOR

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
HSGM GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 1  
01/02/2024, 14:38:41 - E-80962070-807 04-235751102



235751102

HSGM MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYOLOJİ

BİRİM/BÖLÜM İMİDB/Yapı ve Teknik İşler Birimi/Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Cihaz Onarım	Cinsi	Biyogüvenlik Kabini (2 Adet)
Birim	MRLBÜDB	Marka-Model	MetiSafe/BSC IIA
Laboratuvar	UTRL	Seri No	05060117.E150-0031214.E150
Talep Tarih/Sayı	03.01.2024/233284084	Rapor Tarihi	24.01.2024

### Yapılan İşlemler ve Sonuç

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarınca kullanılan, MetiSafe marka 2 adet Biyogüvenlik Kabininin floresan lambalarının arızalı oluşu bildirilmiştir.

Yetkili servis teknik elemanı tarafından yapılan incelemede, floresan ve UV lambalar ile balastlarının arızalı olduğu tespit edilmiştir.

Lamba ve balastlar mevcutlarımızda olmadığından, dış piyasadan yedekli olarak satın alınması gerekmektedir.

### Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	LED Floresan Balast (Örneğine göre)		2 Adet	Dış Piyasa
2	LED Floresan Lamba (Örneğine göre)		2 Adet	Dış Piyasa
3	UV Lamba Balast (örneğine göre)		2 Adet	Dış Piyasa
4	UV Lamba (Örneğine göre)		2 Adet	Dış Piyasa

Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.  
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Hulusi KÖSKER  
Elk. Tıb. Cih. Teknikeri  
Lab. Sorumlusu

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu  
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Orhan BAKMAZ  
İnşaat Mühendisi  
Birim Sorumlusu