



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



**Teklifin Konusu: Mal Alımı (2024/M49)**

Genel Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda Aşağıdaki tabloda istenilen ürünlerin satın alınması Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **22.04.2024** tarihi saat **16:00**'e kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

İlgili Birim Tel: 0312 565 .....(Teknik Şartname ile ilgili konular için)

Tel : 0312 565 51 11 (Satınalma İle ilgili konular için)

**E-mail: hsgm.dogrudentem@sağlik.gov.tr**

**Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA**

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	7890B FPD-PMT Assembly (A-G3435-60370)	1 Adet		
2	7890 FPD-Dual PM Kit (A-G3436-67000)	1 Adet		
3	8890 NPD-6890 NPD Seramik Insulator/Met(A-5182-9722)	1 Adet		
4	8890 NPD-Collector Funnel (A-G1534-20530)	1 Adet		
<b>TOPLAM</b>				

Yukarıda belirtilen ..... Kalem malzemeyi KDV hariç ..... TL' den  
(Yalnız ..... ) bedel ile

**İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.**

**Firma -Kaşe**



BİRİM/BÖLÜM İMİDB/Yapı ve Teknik İşler Birimi/Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Cihaz Onarım	Cinsi	GC/MS (2 Adet)
Birim	HSRLDB	Marka-Model	Agilent/7890B - 8890
Laboratuvar	KSATDL	Seri No	US2032N001-US164N006
Talep Tarih/Sayı	24.01.2024/235064005	Rapor Tarihi	14.02.2024

### Yapılan İşlemler ve Sonuç

Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Kimyasal Savaş Ajanları Tanı ve Doğrulama Laboratuvarınca kullanılan, 2 adet Agilent marka GC/MS cihazlarının FPD ve NPD seçici dedektörlerinde hassasiyet kaybı yaşandığı bildirilmiştir. Cihazda yıllık bakım anlaşmalı yetkili teknik servis elemanı, cihaz kullanıcıları ile birlikte yapılan arıza tespitinde, FPD dedektör S modda istenilen response düzeyinin uygun olmadığı, NPD dedektör response kalitesi için seramik kit'in yenilenmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Kullanım ömürlü parçaların onarımı mümkün olmadığından dış piyasadan satın alınarak ilgili firmaca cihaza montajının yapılması gerekmektedir.

#### Teknik Şartlar

- Firma teknik personeli satın alınan parçaların montajını, Birim Cihaz Sorumlusu ve Kullanıcı gözetiminde yapacaktır.
- Yenisini ile değiştirilen arızalı parçalar, Biyomedikal Cihazlar Bakım Onarım Laboratuvarına teslim edilecektir.
- Cihazın tüm üniteleri ve fonksiyonları çalışır durumda teslim edilecektir.
- Firma, yaptığı tüm iş ve işlemleri Servis Raporu ile belgeleyecek ve cihaz self testi (Cihaz Fonksiyon Muayene) çıktılarını Laboratuvar Sorumlularına teslim edecektir.
- Cihazda yapılan onarım ile değiştirilen her türlü yedek parça, imalat ve montaj hatalarına karşı en az 1 (Bir) yıl garantili olacaktır.

### Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	7890B FPD – PMT Assembly	A-G3435-60370	1 Adet	Dış Piyasa
2	7890B FPD – Dual PM Kit	A-G3436-67000	1 Adet	Dış Piyasa
3	8890 NPD – 6890NPD Seramik Insulator/Met	A-5182-9722	1 Adet	Dış Piyasa
4	8890 NPD – Collector Funnel	A-G1534-20530	1 Adet	Dış Piyasa

Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.  
Adı – Soyadı – Tarih – İmza

Hulusi KÖŞKER  
Elk. Tıbb. Cih. Teknikeri  
Lab. Sorumlusu

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu  
Adı – Soyadı – Tarih – İmza

Orhan BAKMAZ  
İnşaat Mühendisi  
Birim Sorumlusu