



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Hizmet Alımı (2024 /H-80)

Genel Müdürlüğümüz Mali İşler ve Stok Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda "Sıcaklık Takip Cihazlarının Kalibrasyon Hizmet Alımı" mal alımı Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **13.05.2024** tarihi saat **15:00'e** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 51 10 (Satınalma İle ilgili konular için)

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda İdare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Sıcaklık Takip Cihazlarının Kalibrasyon Hizmet Alımı	40-Adet		
TOPLAM				

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den (Yalnız) bedel ile

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE -İMZA

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“UGW-101 UDEA ve ER-RG-11 ERBUL SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ
KALİBRASYONU” TEKNİK ŞARTNAMESİ

A- Hizmetin Tanımı:

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü hizmet birimlerinden Mali İşler ve Stok Yönetimi Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet vermekte olan Aşı ve İlaç Depolarında bulunan uGW-101 model udea Sıcaklık Takip Sistemine ait 16 (onaltı) adet UTAG – S22 model sensör ile ER-RG-11 model ERBUL Sıcaklık Takip Sistemine ait 24(yirmidört) adet ER-TS-11 model sensörün kalibrasyonu hizmet alımı işidir.

B- Tanımlar:

Teknik şartnamede yer alan terimler aksi belirtilmedikçe aşağıdaki anlamları taşıyacaktır:

İdare: T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,

Yapılacak İşin Adresi: Aşı ve İlaç Deposu-Esenboğa Yolu 22.km Çubuk Yolu Ayrımı Akyurt/Ankara

Yüklenici: Hizmeti şartnamede belirtildiği şekilde yürütmeyi ve sonuçlandırmayı yüklenen, ihale neticesinde işi yapacak olan ve sözleşme imzalanan firma/kurumu,

Alt Yüklenici: İdarenin onayı ile sözleşmenin konusu işin bir kısmını yüklenici adına ve ona bağlı olarak yapan idare tarafından istenen nitelikleri taşıyan firma/kurumu,

Muayene ve Kabul Komisyonu: İdare tarafından satın alınan hizmetlerin uygunluğunu kontrol etmek amacıyla görevlendirilen komisyonu ifade eder.

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu

C- Genel Gereklilikler:

1. Yüklenici; kalibrasyon hizmeti verme konusunda “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler” standardı doğrultusunda Sıcaklık ve nem kalibrasyonları konusunda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olmalıdır.
2. Yükleniciye ve alt yüklenicilere ait akreditasyon sertifikası geçerlilik tarihi hizmet tarihini de kapsayacak şekilde güncel ve geçerli olmalıdır. *Yüklenici teklifi ile birlikte bu belgeleri idareye sunmalıdır.*
3. Yüklenici firma, hizmete konu edilen parametrelerde akredite olmadığı durumlarda alt yüklenici ile hizmeti uygulatmak mecburiyetindedir. Bu durumda alt yüklenicinin de şartname gerekliliklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

D- Teknik Şartlar:

- 1- uGW-101 model udea Sıcaklık Takip Sistemine ait UTAG-S22 model sensörleri ve ER-RG-11 model sıcaklık takip sistemine ait ER-TS-11 model sensörlerinin kalibrasyonu yapılacaktır.
- 2- Kalibrasyon istenen noktalar;
 - 2.1. UTAG – S22 model 4 Tane -15°C - -20°C (eksi onbeş - eksi yirmi celsius)

2.2. ER-TS-11 24 tane +2°C- +8°C (artı iki - artı sekiz celsius)

2.3. UTAG – S22 model 12 tane +15°C - +25°C (artı onbeş- artı yirmibeş celsius)

3- Cihaz ve sensörler ile birlikte verilen software, data kablosu ve benzeri donanımlar kalibrasyon bitiminde iade edilecektir.

4- Kalibrasyon istenen tüm sıcaklık noktalarında yüklenici TÜRKAK' tan akredite olmalıdır.

5- **Kalibrasyon yapılan tüm sensörlere akredite kalibrasyon sertifikası verilecektir.**

6- Depolarda kullanılan cihazlar için yapılacak Kalibrasyon hava tipi sensörlerin kalibrasyonlarının yapıldığı bir "hava tipi kabinde" yapılacaktır. **Bu kalibrasyon yüklenicinin idareye vereceği sertifikada yer alacaktır/belirtilecektir.**

7. İdare dışına çıkarılan cihaz/ekipman 15 (onbeş) iş gününü aşmayacak şekilde kalibrasyon işlemi tamamlanarak tekrar idareye sertifikaları (basılı doküman olarak) ile beraber teslim edilecektir. Kontrolü yapılan sertifikalarda tespit edilen hataların, firmaya bildirilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde düzeltilerek idareye teslim edilmesi gerekmektedir.

8. Yüklenici, kalibrasyon işlemi sırasında olası arızalanma, düşme, kırılma vb. gibi olayların tamamından sorumludur. Olası bir durumda her türlü hasar ÜCRETSİZ telafi edilecektir.

9. Kalibrasyonu yapılacak her cihaz/ekipman, firma tarafından tutanak ile kalibrasyonun yapılacağı yerde kullanıcıdan teslim alınacaktır. Kalibrasyonu biten cihaz/ekipman sertifikası yine firma tarafından tutanak ile kullanıcıya geri teslim edilecektir. Yetkili personel cihazın fiziki kontrollerini ve sertifikasının kontrolünü yaparak birlikte teslim alır.

10. **Kalibrasyon hizmeti verecek personelin her türlü gerekli niteliği de dahil olmak üzere yeterli ve yetkin olduğunun belgelenmesi ve bu belgeleri idareye teklifiyle birlikte sunması gerekmektedir.**

11. Yapılan bu işlemler yüklenicinin 1 (bir) yıl süreyle garantisi altında olacaktır.

12. İş kapsamında yapılacak tüm işlemler sırasında yüklenici, 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tüm güvenlik önlemlerini almaktan sorumludur. (-15/-20 derece, +15/25 derece, +2/+8 derece ve tüm çalışma alanları dahil)

13. Bu şartname kapsamında anılan sıcaklık takip sistemine ait sensörlerin kalibrasyon işlemleri 31.05.2024 tarihine kadar tamamlanıp, cihazlar çalışır vaziyette basılı kalibrasyon sertifikaları ile birlikte idareye teslim edilmesi gerekmektedir.

D- Cezalar:

1. Sıcaklık takip sistemi ve sensörlerin kalibrasyon işlemlerinin belirlenen süre içerisinde tamamlanıp idareye teslim edilmemesi halinde gecikilen her takvim günü için geciken hizmet bedelinin binde biri kadar ceza uygulanır.

Bu şartname 14 (ondört) maddeden ve 2 (iki) sayfadan ibaret olarak tarafımızca teşkil edilmiştir.

M. Fatih ŞEKERCİ
HSGM Ası ve İlaç Lojistik
Birim Sorumlusu

MUSTAFA TOPÇU
MERKEZ AŞI VE İLAÇ
DEPO SORUMLUSU

Ebru BULUT
İşletim Müdürü