



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



**Teklifin Konusu: Mal Alımı (2024/M-101)**

Genel Müdürlüğümüz Genel Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı Toksikoloji Laboratuvarları'nın talebi doğrultusunda “**Shimadzu LC-MS/MS Cihazı TC400 TMP Kontrol Kartı (SSOTA100993) Alımı**” Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **30.09.2024** tarihi saat **16:00** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

**Tel:** 0312 565 51 11 (Satınalma ile ilgili konular için)

**E-mail:** [hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr](mailto:hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr)

**Adres:** Sağlık Mah. A.Adnan Saygun 2 Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Bir. Fiyat	Top. Tutar	Tes.Süresi
1	Shimadzu LC-MS/MS Cihazı TC400 TMP Kontrol Kartı (SSOTA100993)	1 Adet			
<b>TOPLAM</b>					

Yukarıda belirtilen ..... Kalem malzemeyi KDV hariç ..... TL' den  
(Yalnız ..... ) bedel

**İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.**

FİRMA- KAŞE



BİRİM/BÖLÜM İMİDB/Yapı ve Teknik İşler Birimi/Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Cihaz Onarım	Cinsi	LC/MS/MS
Birim	HSRLDB	Marka-Model	Shimadzu/8060
Laboratuvar	Kimyasal Analizler	Seri No	011105600422
Talep Tarih/Sayı	02.08.2024/250302589	Rapor Tarihi	26.08.2024

### Yapılan İşlemler ve Sonuç

Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları, Kimyasal Analizleri Laboratuvarınca kullanılan, Shimadzu marka LC/MS/MS cihazı 30.07.2024 tarihinde yıllık bakım anlaşmalı yetkili teknik servis elemanı tarafından cihaz çalıştırıldığında TMP hatası verdiği görülmüş ve yapılan incelemelerde arızanın TMP Kontrol kartından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Parçanın onarımı mümkün olmadığından dış piyasadan satın alınarak ilgili firmaca cihaza montajının yapılması gerekmektedir.

### Teknik Şartlar

- Firma teknik personeli satın alınan parçaların montajını, birim Lab/Cihaz sorumlusu ve kullanıcı gözetiminde yapacaktır.
- Yenisini ile değiştirilen arızalı parçalar, Biyomedikal Cihazlar Bakım Onarım Laboratuvarına teslim edilecektir.
- Cihazın tüm üniteleri ve fonksiyonları çalışır durumda teslim edilecektir.
- Firma, yaptığı tüm iş ve işlemleri Servis Raporu ile belgeleyecek ve cihaz self test (Cihaz Fonksiyon Muayene) çıktılarını Laboratuvar Sorumlularına teslim edecektir.
- Cihazda yapılan onarım ile değiştirilen her türlü yedek parça, imalat ve montaj hatalarına karşı en az 1 (Bir) yıl garantili olacaktır.

### Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	TC400 TMP Kontrol Kartı	SSOTA100993	1 Adet	Dış Piyasa Alım

Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.  
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Hulusi KÖŞKER  
Elk. Tıbb. Cih. Teknikeri  
Lab. Sorumlusu

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu  
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Orhan BAKMAZ  
İnşaat Mühendisi  
Birim Sorumlusu