



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



**Teklifin Konusu: Mal Alımı (2023/M-107)**

Genel Müdürlüğümüz Genel Müdürlüğümüz Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda "**Himedia Markalı PCR Cihazı için LA 1006 Isıtıcı Blok Alımı**" Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **04.10.2024** tarihi saat **16:00** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

**Tel:** 0312 565 51 11 (Satınalma İle ilgili konular için)

**E-mail:** [hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr](mailto:hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr)

**Adres:** Sağlık Mah. A.Adnan Saygun 2 Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Bir. Fiyat	Top. Tutar	Tes.Süresi
1	Himedia Markalı PCR Cihazı için LA 1006 Isıtıcı Blok	1 Adet			
<b>TOPLAM</b>					

Yukarıda belirtilen ..... Kalem malzemeyi KDV hariç ..... TL' den  
(Yalnız .....) bedel

**İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.**

FİRMA- KAŞE



BİRİM/BÖLÜM İMİDB/Yapı ve Teknik İşler Birimi/Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Cihaz Onarım	Cinsi	PCR
Birim	MRLBÜDB	Marka-Model	Himedia/LA1006
Laboratuvar	UADVHRL	Seri No	LA10061805214429
Talep Tarih/Sayı	04.07.2024/247884473	Rapor Tarihi	22.08.2024

### Yapılan İşlemler ve Sonuç

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ulusal Aids Doğrulama ve Viral Hepatitler Referans Laboratuvarınca kullanılan, Himedia marka Real time PCR cihazının arızalandığından onarımı istenmiştir. Cihazda yetkili teknik servis elemanınca yapılan arıza tespitinde. Isıtıcı A-B-C bloklardan C Bloкта çalışma başlatıldığında, blok peltierlerinin ayarlanan sıcaklık değerlerine çıkmadığından testin yarıda kaldığı tespit edilmiş ve ısıtıcı bloğun değişmesi gerektiği bildirilmiştir.

Parçanın onarımı mümkün olmadığından dış piyasadan satın alınarak ilgili firmaca cihaza montajının yapılması gerekmektedir.

### Teknik Şartlar

- Yedek parçaların montajını, ilgili firma teknik personeli birim cihaz sorumlusu ve kullanıcı gözetiminde yapacaktır.
- Yenisini ile değiştirilen arızalı parçalar, *Biyomedikal Cihazlar Bakım Onarım Laboratuvarına teslim edilecektir.*
- Cihaz, tüm fonksiyonları çalışır durumda ve eksiksiz teslim edilecektir.
- Cihazda yapılan onarım ile değiştirilen her türlü yedek parça, imalat ve montaj hatalarına karşı en az 1 (Bir) yıl garantili olacaktır.

### Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	Himedia/LA1006 Isıtıcı Blok		1 Adet	Dış Piyasa

Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.  
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Hulusi KÖŞKER  
Elk. Tıb. Cih. Teknikeri  
Lab. Sorumlusu

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu  
Adı - Soyadı - Tarih - İmza

Orhan BAKMAZ  
İnşaat Mühendisi  
Birim Sorumlusu