



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2024/M-101)

Genel Müdürlüğümüz Genel Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı Toksikoloji Laboratuvarları'nın talebi doğrultusunda "Sciex 5500 LC-MSMS Turbo Pompa TV 401/301 (5027654)" mal alımı Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **30.09.2024** tarihi saat **16:00** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 51 11 (Satınalma İle ilgili konular için)

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. A.Adnan Saygun 2 Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Bir. Fiyat	Top. Tutar	Tes.Süresi
1	Sciex 5500 LC-MSMS Turbo Pompa TV 401/301 (5027654)	1 Adet			
TOPLAM					

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den
(Yalnız) bedel
İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE



BİRİM/BÖLÜM İİDB/Yapı ve Teknik İşler Birimi/Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Cihaz Onarım	Cinsi	LC/MS/MS
Birim	HSRLDB	Marka-Model	Sciex/Triple Quad 5500+
Laboratuvar	Toksikoloji Lab. (A-4)	Seri No	EX2206U907
Talep Tarih/Sayı	24.07.2024/249499082	Rapor Tarihi	10.09.2024

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Toksikoloji Laboratuvarı kullanımında olan Sciex marka Triple Quad 5500+ model LC/MS/MS cihazının vakum tutmadığı ve MS ünitesinin arızalı olduğu bildirilmiştir.

Bakım anlaşmalı yetkili servis tarafından cihaz da yapılan inceleme neticesinde tutulan 22.07.2024 tarih ve 06249 nolu Teknik Servis Raporun da "41.486 saat aktif olarak çalışan turbo moleküler pompa bıçaklarının kırıldığı parçanın değişmesi gerektiği" belirtilmiştir. 22.07.2024 tarih ve SCX-SP-24-100 numaralı proforma faturaları ile Pump Turbo TV 401/301 parçası için KDV hariç 865.200,00 TL fiyat bildirmişlerdir.

23.07.2019 tarihinde alımı, 10.10.2024 tarihinde de kurulumu yapılan Sciex marka LC/MS/MS cihazı tüm üniteleri ile birlikte 1.485.433,00 Türk Lirası (edinim tarihi itibarıyla 261.602 Amerikan Doları) na satın alınmıştır.

Yukarıda belirtilen teknik veriler ve cihazın edinim yılı itibarıyla 5 (beş) yaşında olması da göz önüne alınarak, yeni Turbo Moleküler Pompa alınarak onarımı cihetine mi gidileceği veya yeni MS ünitesi mi alınacağına ilgili birim tarafından karar verilmesi gerekmektedir.

Rapor Ekleri

- 1- ROTAKİM Analiz Hizmetleri Ltd. 22.07.2024 tarih ve 06249 numaralı Teknik Servis Raporu.
- 2- ROTAKİM Analiz Hizmetleri Ltd. 22.07.2024 tarih ve SCX-SP-24-100 numaralı proforma fatura.

Teknik Şartlar

1. Firma teknik personeli satın alınan parçaların montajını, birim Lab/Cihaz sorumlusu ve Biyomedikal Cihazlar Bakım Onarım Laboratuvarı Teknik Elemanı gözetiminde yapacaktır.
2. Yenisi ile değiştirilen arızalı parçalar, Biyomedikal Cihazlar Bakım Onarım Laboratuvarına teslim edilecektir.
3. Cihazın tüm üniteleri ve fonksiyonları çalışır durumda teslim edilecektir.
4. Firma, yaptığı tüm iş ve işlemleri Servis Raporu ile belgeleyecek ve cihaz self test (Cihaz Fonksiyon Muayene) çıktılarını Laboratuvar Sorumlularına teslim edecektir.
5. Cihazda yapılan onarım ile değiştirilen her türlü yedek parça, imalat ve montaj hatalarına karşı en az 1 (Bir) yıl garantili olacaktır.