



**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü**



**Teklifin Konusu: Mal Alımı (2025/M-88)**

Genel Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda Aşağıdaki tabloda istenilen ürünlerin satın alınması Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **03.10.2025** tarihi saat **16:00'e** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel : 0312 565 51 31 (Satınalma ile ilgili konular için)

**E-mail: hsgm.dogrudentemim@saglik.gov.tr**

**Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA**

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

| Sıra   | Malzemenin Cinsi                 | Miktarı | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
|--------|----------------------------------|---------|-------------|--------------|
| 1      | Metisafe FH 150 Hava Hız Sensörü | 1 Adet  |             |              |
| TOPLAM |                                  |         |             |              |

Yukarıda belirtilen ..... Kalem malzemeyi KDV hariç ..... TL' den  
(Yalnız ..... ) bedel ile  
**İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.**

**Firma -Kaşe**



BİRİM/BÖLÜM YHGM/DHDB/Yapı ve Teknik İşler /Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.

| Talep Bilgileri  |                       | Cihaz Bilgileri |                |
|------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Konu             | Cihaz Onarım          | Cinsi           | Çeker Ocak     |
| Birim            | HSRLDB                | Marka-Model     | MetiSafe/FH150 |
| Laboratuvar      | Mikrobiyolojik Analiz | Seri No         | 230708         |
| Talep Tarih/Sayı | 08.07.2025/281430008  | Rapor Tarihi    | 06.08.2025     |

#### Yapılan İşlemler ve Sonuç

Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı, Besiyeri Hazırlama ve Sterilizasyon Ünitesinde kullanılan, MetiSafe marka Çeker Ocak motorunun sesli ve düşük devirde çalıştığından onarımı istenmiştir.

Cihazda yetkili teknik servis elemanının yaptığı arıza tespitinde; Arızanın hava hızı sensöründen kaynaklandığı ve değiştirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Arızalı olduğu bildirilen parça mevcutlarımızda olmadığından dış piyasadan satın alınarak ilgili firmaca cihaza montajının yapılması gerekmektedir.

#### Teknik Şartlar

1. Firma teknik personeli satın alınan parçaların montajını, birim Lab/Cihaz sorumlusu ve kullanıcı gözetiminde yapacaktır.
2. Yenisi ile değiştirilen arızalı parçalar, Biyomedikal Cihazlar Bakım Onarım Laboratuvarına teslim edilecektir.
3. Cihazın tüm üniteleri ve fonksiyonları çalışır durumda teslim edilecektir.
4. Firma, yaptığı tüm iş ve işlemleri Servis Raporu ile belgeleyecek ve cihaz self test (Cihaz Fonksiyon Muayene) çıktılarını Laboratuvar Sorumlularına teslim edecektir.
5. Cihazda yapılan onarım ile değiştirilen her türlü yedek parça, imalat ve montaj hatalarına karşı en az 1 (Bir) yıl garantili olacaktır.

#### Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

| S.No | Parça Adı        | Parça No | Miktar | Temin Şekli     |
|------|------------------|----------|--------|-----------------|
| 1    | Hava Hız Sensörü |          | 1 Adet | Dış Piyasa Alım |

| Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.                      | Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Hulusi KÖŞKER<br>Elk. Tıb. Cih. Teknikeri<br>Lab. Sorumlusu | Orhan BAKMAZ<br>İnşaat Mühendisi<br>Birim Sorumlusu |